

# 中山医用碘伏棉签检测报告办理 质量检测

产品名称	中山医用碘伏棉签检测报告办理 质量检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	熔喷布检测:医用棉签检测 餐饮污水检测:热风棉检测 洗车店污水:洁净室检测
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号 厂房)1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

## 产品详情

医用棉签一般直接接触患者伤口，对灭菌环节方面要求比较高。另外就是针对制作棉签的脱脂棉原材料的选择，必须选用符合国家标准、行业标准要求的原材料。

医用棉签采用医用脱脂棉及天然桦木制成。

【适用范围】医疗卫生单位和家庭卫生护理，对患者皮肤进行消毒，处理伤口，涂抹药水时使用。

【产品特点】无毒、无刺激性，有较好的吸水性，使用方便。本品为灭菌级产品，可放心使用。

【使用方法】开袋即可使用。可直接处理伤口。

【贮存条件】应储存在相对湿度不超过80%、无腐蚀性气体和通风良好的室内，避免高温。

根据国家标准和医药行业标准要求，根据相关文献规定了脱脂棉球产品生产必须达到以下要求：

原材料

1、脱脂棉：

a)制作棉球的脱脂棉质量必须符合YY0330-2002要求，持有《医疗器械注册证》，并经出厂检验结论合格；

b)棉签的棉花纤维应柔软、白色、无臭，不得有黄斑、污渍、异物。

## 2、棒材：

a)塑棒、纸棒的棒表面应光滑、无毛刺，不得有污渍、异物；

b)木棒、竹棒的棒表面应顺滑、无断裂，不得有污渍、异物。

## 外观

棉签必须整洁，棉签头呈白色、柔软，整枝无异味。

## 物理性能

1、棉头拔脱力：棉花粘卷应呈内紧外松状，能承受100g拉力棉头不完全脱落；

2、抗弯曲性能：棒材应能承受100g外力不发生永久变形或折断现象。