

RBY-4型自动融变时限检查仪

产品名称	RBY-4型自动融变时限检查仪
公司名称	天津市光学仪器厂
价格	10800.00/台
规格参数	天津市光学仪:水浴控温精度：37 RBY-4:温度预定范围：30~45 天津:加热功率：1300W
公司地址	天津市河西区灰堆东五里堆光学仪器厂
联系电话	19922413809 15822465225

产品详情

RBY-4型自动融变时限检查仪，是根据《中华人民共和国药典》中关于“栓剂融变时限检查法”的要求而设计生产的机电一体化产品，用于栓剂及阴道片等固体制剂在规定条件下的融化、软化或溶散情况的检查。RBY-4型自动融变时限检查仪采用单片微机控制恒温水浴，具有*时限控制、计时报警及实验金属架按时自动翻转等功能，操作简单，性能优良，完全符合药典的规定。 技术指标

- 1.水浴控温精度：37 ±0.3
- 2.温度预定范围：30~45
- 3.套筒：直径52mm/高度60mm
- 4.金属架：直径50mm/孔径4mm/板距30mm
- 5.时限选择: (三种) P1：运行30分钟，每隔10分钟金属架自动翻转一次
P2：运行60分钟，每隔10分钟金属架自动翻转一次 P3：运行30分钟，金属架不翻转
- 6.烧杯容积：5升（标配3只烧杯）
- 7.加热功率：1300W
- 8.电源：220V ± 10%，50HZ