

# 广州医用防护口罩GB19083标准检测

产品名称	广州医用防护口罩GB19083标准检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	医用口罩检测:热风棉检测 KN95口罩:熔喷布检测2
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号 厂房)1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

## 产品详情

医用防护口罩GB19083检测报告，广东广分质检检测机构可以代办理，GB19083是医用防护口罩的检测标准，GB19083标准也根据过滤效率分为三个等级，1级为 95%，2级为 99%，3级为 99.97%。

可以说，符合GB19083过滤性能的最低标准，就相当于GB2626的KN95标准。《GB 19083-2010医用防护口罩技术要求》标准是由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合中国

国家标准化管理委员会共同发布的，在2011年8月1日正式实施，并且旧标准《GB 19083-2003》同时作

废。GB19083-2010医用防护口罩标准技术要求，医用防护口罩具备防尘口罩所具有的防尘功能，是医用口罩

中防护等级最高的一类。它对医疗环境中的病毒病菌、血液等分泌物都能够有效隔离，是医护人员得力

的医用防护用品。医用防护口罩GB19083测试流程：1、项目申请——向检测机构递交办理质检报告申请。2、资料准备——根据GB19083要求，企业准备好相关的认证文件。3、产品测试——企业将待测样品寄到实验室进行测试。4、编制报告——认证工程师根据合格的检测数据，编写报告。5、递交审核——工程师将完整的报告进行审核。6、签发证书--报告审核无误后，颁发质检报告GB19083-2010医用防护口罩技术要求，英文名：Technical requirements for protective face mask

for medical use，本标准规定了医用口罩的技术要求、试验方法、标志与使用说明及包装、运输和贮

存。GB19083-2010医用防护口罩技术要求标规医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血

液、体液、分泌物等的自吸过滤式医用防护口罩。GB19083-2010医用防护口罩技术要求规范替代GB19083-2003国标。GB19083-2010标准于2010-09-02由质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布，并于2011-08-01开始实施。医用防护口罩具备防尘口罩所具有的防尘功能，是医用口罩中防护等级最高的

一类。它对医疗环境中的病毒病菌、血液等分泌物都能够有效隔离，是医护人员藏得力的医用防护用品。常用的医用防护口罩有3M1860口罩、3M9132口罩、巴同H801口罩、N95口罩等。