

口罩的检测内容

产品名称	口罩的检测内容
公司名称	广东省国瑞企业管理服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	龙华区龙华街道大和路金鼎盛科创园A座4楼
联系电话	13510994721 15899785958

产品详情

口罩外包装标注主要标准简介

目前市场上的口罩主要有医用防护口罩、民用防护口罩、医用外科口罩、一次性医用口罩、普通棉口罩等多种，外包装标注的标准分为医用口罩标准、民用防护型口罩标准、民用普通口罩标准和企业标准等几种情况。口罩外包装标注的主要国家标准、行业标准如表1所示。

表1 常见口罩标准汇总

分类	标准名称	检测标准（方法）	标准性质	标准状态	标准适用范围
医用口罩	医用防护口罩技术要求	GB 19083-2010	强制性国标	现行有效	适用于在生物安全防护三级及以上实验室、高致病性病原微生物操作实验室、从事传染性病原微生物实验操作的实验室、从事高致病性病原微生物实验操作的实验室、从事高致病性病原微生物实验操作的实验室的自吸过滤式呼吸器
	医用外科口罩	YY 0469-2011	强制性行标	适用于临床医务人员在有创操作过程中所佩带的一次性口罩。	
	一次性使用医用口罩	YY/T 0969-2013	推荐性行标	适用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。不适用于医用防护口罩，医用外科口罩。	
民用防护型口罩	呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器	GB 2626-2006		适用于防护各类颗粒物的自吸过滤式呼吸防护用品。不适用于防护有	

			害气体和蒸气的呼吸防护用品，不适用于缺氧环境、水下作业、逃生和消防用呼吸防护用品。	
	日常防护型口罩技术规范	GB/T 32610-2016	推荐性国标	适用于日污染环境所佩戴的，不适用于水下作业、医用及工业行业用呼吸防护用品，也不适用于儿童呼吸防护用品。
民用普通口罩	针织口罩	FZ/T 73049-2014	适用于鉴定以针织面料为主要材料制成的口罩的品质。不适用于医用口罩和劳动防护口罩。	
	普通脱脂纱布口罩	GB 19084-2003	作废	适用于普通脱脂纱布制成的口罩。

NO.2

口罩现场质量检查参考方案

（一）医用口罩

外包装标注执行标准为GB19083-2010、YY 0469-2011、YY/T0969-2013或其他医用口罩标准时，企业生产信息、批准文号等可以在国家药品监督管理局官网查询，网址为：<http://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2044/>，点击“医疗器械”——“国产器械”，输入要查询的企业名称，即可以查询口罩详细信息。医用口罩具体处理方法咨询医用或者药品检验检测机构，如四川省食品药品检验研究院。

（二）民用口罩（防护型和普通型）

外包装标注执行标准为GB 2626-2006、GB/T 32610-2016、FZ/T 73049-2014或者GB 19084-2003时，可依据《产品质量法》第27条的规定检查标识是否真实。建议现场检查以下内容：

（1）是否有产品质量检验合格证明；

（2）是否有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；

（3）根据产品的特点和使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成份的名称和含量的，是否用中文相应予以标明；需要事先让消费者知晓的，是否在外包装上标明，或者预先向消费者提供有关资料。

（4）标注为强制性标准GB 2626-2006的口罩产品，应检查产品标识过滤元件是否标注滤料级别，包装上是否有产品许可证号（2019年9月取消特种劳保防护用品许可管理，仅检查明示为2019年9月之前生产的口罩产品）。

（5）标注为GB/T 32610-2016的口罩产品，应检查是否有检验合格证，是否有产品防护效果级别，如采取消毒方式，是否标明消毒方式。

(6) 涉及许可证管理的口罩产品，可通过相关网站查询其许可证号与标识的生产厂家及产品型号是否一致。

(7) 外包装标注为企业标准时，可依据《产品质量法》第27条的规定检查标识，也可咨询医用或者药品检验检测机构。