

广州欧洲EN149:2001+A1:2009FFP2认证检测单位

产品名称	广州欧洲EN149:2001+A1:2009FFP2认证检测单位
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	45.00/样
规格参数	KN95口罩:13719148859 民用口罩检测:13719148859 一次性医用口:13719148859
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

FFP1类别口罩是指达到欧洲（CEEN1409：2001）标准的口罩，欧洲防护口罩的标准分三个级别：FFP1、FFP2、FFP3。与美国标准不同的是它的检测流量采用95L/min，用DOP油发尘。美国标准N类用NaCl法，R类用DOP法，欧洲标准用DOP法。

所以测试条件不同，也不能只拿穿透率来横向比较，以下是各级别对比表格：

但是我在respro的官网看到了这样的描述：FFP1 would be the equivalent to N95 and FFP3 would be equivalent to N99。（FFP1 相当于 N95，FFP3 相当于 N99）。对这个说法我们可以暂且保留意见，但下图可以很好的从此次疫情防护上给自己一个参考意见

N95是美国呼吸器的认证等级，由美国国家职业安全健康研究所（NIOSH）认证。获得N95认证的呼吸器对于非油性颗粒物的过滤效率不低于95%，口罩上必须标注“NIOSH”和“N95”字样；

KN95是符合中国强制性标准GB2626-2006的呼吸器认证等级。获得KN95认证的呼吸器对于非油性颗粒物的过滤效率不低于95%，口罩上必须标注“GB2626-2006 KN95”字样；

FFP2是满足欧洲EN149标准的呼吸器CE认证等级。获得FFP2认证的呼吸器对于油性颗粒物和油性颗粒物的过滤效率不低于94%，口罩上必须标注“EN 149:2001+A1:2009 FFP2”字样。

所有这些呼吸器（防护口罩）设计上需与脸部密合，空气才会从口罩的过滤材料穿过而不是从口罩边缘泄漏进去。所有获得认证的口罩在规定的质量标准体系内进行生产。