

口罩颗粒过滤效率PFE熔喷布测试

产品名称	口罩颗粒过滤效率PFE熔喷布测试
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	0755-23312011 13380331276

产品详情

口罩颗粒过滤效率PFE熔喷布测试

，适用于测试40-99.999%等级口罩效率测试，根据国际标准对口罩进行测试。整个测试台的设计结构紧密、轻便，而且在运行测试过程中，仅仅需要额外提供合适的电源和压缩空气（无水、无油），适合于实验室、工厂等场合使用。将成品固定在夹具上，试验风量对应所需滤速。气溶胶发生器产生的气溶胶经调整，而后静电中和气溶胶，再与过滤后的试验空气均匀混合，然后进入试验区透过滤料。为了测定效率，在口罩的上游和下游各抽取一股空气分流，测定采样气流中径粒子的浓度，通过上下游之比，然后得到所测效率。还要测量试验时的滤料阻力，调整控制流量。参考标准：GB/T 32610-2016

日常防护型口罩技术规范GB 2626-2006呼吸防护用品-自吸过滤式防颗粒物呼吸器GB

医用一次性防护服技术要求GB 医用防护口罩技术要求YY 0969-2013 一次性使用医用口罩YY 0469-2011

医用外科口罩功能描述：测试台主要测试滤材和口罩的过滤效率和气流阻力。可测试GB 2626-2006

口罩颗粒物过滤效率GB/T 32610-2016 过滤效率和防护效果测试GB GB19083-2010的过滤效率和阻力YY 0969-2013

YY0469-2011的颗粒物过滤效率和阻力等功能。如果有单独的个性化功能，可根据具体需求定制。