

口罩现场质量检查和检验

产品名称	口罩现场质量检查和检验
公司名称	广东省国瑞企业管理服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	龙华区龙华街道大和路金鼎盛科创园A座4楼
联系电话	13510994721 15899785958

产品详情

一、口罩外包装标注主要标准简介

目前市场上的口罩主要有医用防护口罩、民用防护口罩、医用外科口罩、一次性医用口罩、普通棉口罩等多种，外包装标注的标准分为医用口罩标准、民用防护型口罩标准、民用普通口罩标准和企业标准等几种情况。口罩外包装标注的主要国家标准、行业标准如表1所示。

二、口罩现场质量检查参考方案

（一）医用口罩

外包装标注执行标准为GB 19083-2010、YY 0469-2011、YY/T 0969-2013或其他医用口罩标准时，企业生产信息、批准文号等可以在国家药品监督管理局官网查询，点击“医疗器械”——“国产器械”，输入要查询的企业名称，即可以查询口罩详细信息。医用口罩具体处理方法咨询医用或者药品检验检测机构，如四川省食品药品检验研究院。

（二）民用口罩（防护型和普通型）

外包装标注执行标准为GB 2626-2006、GB/T 32610-2016、FZ/T 73049-2014或者GB 19084-2003时，可依据《产品质量法》第27条的规定检查标识是否真实。建议现场检查以下内容：

- （1）是否有产品质量检验合格证明；
- （2）是否有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；
- （3）根据产品的特点和使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成份的名称和含量的，是否用中

文相应予以标明；需要事先让消费者知晓的，是否在外包装上标明，或者预先向消费者提供有关资料。

（4）标注为强制性标准GB 2626-2006的口罩产品，应检查产品标识过滤元件是否标注滤料级别，包装上是否有产品许可证号（2019年9月取消特种劳保防护用品许可管理，仅检查明示为2019年9月之前生产的口罩产品）。

（5）标注为GB/T 32610-2016的口罩产品，应检查是否有检验合格证，是否有产品防护效果级别，如采取消毒方式，是否标明消毒方式。

（6）涉及许可证管理的口罩产品，可通过相关网站查询其许可证号与标识的生产厂家及产品型号是否一致。

（7）外包装标注为企业标准时，可依据《产品质量法》第27条的规定检查标识，也可咨询医用或者药品检验检测机构。

三、口罩送检信息

目前，口罩相关检测标准及推荐检测机构如表2所示。