

一次性医用口罩欧盟en 14683检测项目

产品名称	一次性医用口罩欧盟en 14683检测项目
公司名称	广东省国瑞企业管理服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	龙华区龙华街道大和路金鼎盛科创园A座4楼
联系电话	13510994721 15899785958

产品详情

EN 14683检测项目和测试要求：

- 1、材料和结构要求 医用口罩是一种医疗器械，通常由放置，粘合或模制在织物层之间的过滤层组成。在预定使用期间，医用口罩不得分裂或撕裂。在选择过滤器和过滤层材料时，应注意清洁度（无颗粒物）。2、设计要求 医用口罩应具有可紧密安装在佩戴者的鼻子，嘴巴和下巴上的医疗器械，并确保该面罩可紧密贴合在两侧。医用口罩可能具有不同的形状和结构，以及其他功能，例如带有或不带有防雾功能的口罩（以保护佩戴者免受飞溅和水滴的侵害）或鼻梁（通过与鼻子保持贴合来增强贴合性）轮廓）。3、性能要求
通用要求：如果适用于无菌状态，则应对制成品或从制成品上切下的样品进行所有测试。
细菌过滤效率（BFE）：Type1 95，Type2 98
4、微生物清洁度（生物负荷）当按照EN ISO 11737-1进行测试时，医用口罩的生物负荷应 30 cfu/g 。
医用口罩CE认证EN14683标准测试流程：
第一步：客户提供产品图片及申请表；第二步：华商实验室根据提供资料进行报价；
第三步：客户确认报价后，签订立案申请表及服务协议并支付全额项目费，并准备好测试样品；
第四步：客户安排邮寄样品到实验室测试；
第五步：测试通过，报告完成、项目完成，出具CE认证证书。

医用防护口罩GB19083检测测试项目：

- 1、鼻夹
- 2、口罩带
- 3、过滤效率与气流阻力

- 4、合成血液穿透
- 5、表面抗湿性
- 6、微生物指标
- 7、环氧乙烷残留量
- 8、阻燃性能
- 9、密合性
- 10、标志和使用说明