

# 可办理口罩gb2626质检报告专业测试实验室

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 可办理口罩gb2626质检报告专业测试实验室  |
| 公司名称 | 广东省国瑞企业管理服务有限公司         |
| 价格   | .00/个                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 龙华区龙华街道大和路金鼎盛科创园A座4楼    |
| 联系电话 | 13510994721 15899785958 |

## 产品详情

什么是口罩？

口罩是一种卫生用品，一般指戴在口鼻部位用于过滤进入口鼻的空气，以达到阻挡有害的气体、气味、飞沫进出佩戴者口鼻的用具，以纱布或纸等制成。

口罩质检报告检测项目：

过滤效率检测，质量检测，密合度，气密性，活性炭成分检测，微生物检测，环氧乙烷残留量，阻尘效率，口罩滤芯检测等。

什么是质检报告？

质量检查报告是根据标准化的要求，对产品和工程进行质量检测与质量监督，并加以分析研究后写出的反映产品和工程质量情况的书面报告。它是质量检查的结果和质量信息反馈的载体。在经济活动中，它已成为把住质量关的管理手段，成为维护社会正常经济秩序，维护用户合法权益和实施仲裁的依据。

质量检查报告有如下作用:

- 1.及时、准确、全面地反映产品的质量情况，为反馈、调节和进行新的质量决策提供适
- 2.是全面推行质量管理，把好质量关，消除质量隐患，消除事故，确保生产和建设过程安全顺利进行的重要手段。
- 3.是维护经济合同，保护合同人或用户利益的重要环节。

口罩质检报告标准：

GB/T 32610-2016 ;

GB 2626-2006 ;

FZ/T 73049-2014 ;

YY/T 0969-2013 ;

GB 19083-2010 ;

YY 0469-2011 ;

## 测试要求

《日常防护型口罩技术规范》 GB/T 32610-2016

外观要求：口罩表面不应有破损、油污斑渍，变形及其他明显的缺陷。

吸气阻力 175Pa

呼气阻力 145pa

口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 20N

呼吸阀盖牢度:不应出现滑脱、断裂和变形

口罩下方视野 60°

过滤效率

盐性介质：

III级 90, II级 95, I级 99

油性介质：

III级 80, II级 95, I级 99

防护效果

口罩防护效果级别为A级，过滤效率应达到II级及以上,当口罩防护效果级别为B级、C级、D级，过滤效率应达到III级及以上。

环氧乙烷残留量 10 PPM

pH值4.0 ~ 8.5

甲醛含量小于20mg/kg

耐摩擦色牢度 4

微生物指标:

大肠菌群不得检出

致病性化版菌d 不得检出

微生物

真菌菌落总数 / ( CFU/g) 100

细菌菌落总数 / ( CFU/g) 200

联系手机：15899785958 期待您的咨询