# JC-3023熔喷布熔融指数测定仪 口罩熔喷PP料熔融指数仪 体积法熔融指数仪

| | |
|---|---|
| 产品名称 | JC-3023熔喷布熔融指数测定仪<br>口罩熔喷PP料熔融指数仪 体积法熔融指数仪 |
| 公司名称 | 江苏拓达精诚测试仪器有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:拓达精诚<br>型号:JC-3023<br>产地:江苏江都 |
| 公司地址 | 扬州市江都区真武镇北工业园区 |
| 联系电话 | 0514-86273454 15850433427 |

# 产品详情

一、概述：

适用于GB/T3682热塑性塑料熔体流动速率试验，用于测定热塑性树脂的熔体密度。适用于熔融温度较高的聚碳酸酯、熔喷布、尼龙、氟塑料、聚芳砜等工程塑料和聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、ABS树脂、聚甲醛树脂等熔融温度较低的塑料颗粒测试。本机新式熔指，在原老式熔指的基础上增加了开模、闭模功能，同时本熔指切割方式也进行了改进，可使本熔指在加压状态下进行预热，在原料流动状态下切割时不会将切割料卷在刀口上。自动化程度高。

二、软件特点

1、测得的结果可自动相互转化，具有熔体密度测试功能，并设有砝码自动加载装置，一机多能,计时、切料、加载、结果打印自动化。

2、控制软件可实现对参数的设定、恒温控制、切料、计量校准、自动加载砝码、定时、MFR及MVR结果的显示、熔体密度的计算，试验结束可以进行试验数据的查询与导出等功能。部分重要操作需使用验证。

3、7寸全彩色触摸屏、中、英多语言操作界面。

4、升温速度快、调量较小、恒温精度高，在填料之后，能恢复恒温状态。具有上限温度保护、恒温声音提示、回复时间声音提示等功能。

5、使用体积法试验时，可测定规定时间试样的MVR值，称量试样后得出MFR值。

6、符合GB/T 3682-2018、ASTM D 1238、BS 2782、ISO 1133:2005中的MFR及MVR等标准要求。

三、电气参数：

| 项目 | 电气参数 |
| --- | --- |
| 测 温 点 | 2个 |
| 测温范围 | -50°C～+500°C |
| 分 辨 率 | 0.01°C |
| 控 温 点 | |
| 控制输出 | 0～5V |
| 控温方式 | PID智能控制 |
| 控温范围 | 50°C～450°C |
| 控温精度 | ≤ 0.2°C |
| 测量范围 | 0～50mm |
| 位移精度 | 0.02mm |
| 时间精度 | 0.1s |
| 按键显示 | 全彩液晶显示，触摸屏控制 |
| 供电电源 | DC +24V，1A |
| 模块尺寸 | 211mm×150mm×50mm |
| 开孔尺寸 | 198mm×137mm |
| 通讯接口 | RS485、USB |

四、技术参数

流动速率测量范围：(0.01～200)g/10min和(0.1～1000)cm3/10min；

温度恢复时间： <4min；

切样时间间隔： 1～600s；

切料方式： 电动（自动）

体积测量精度：　±0.03%F.S；

测量方法：　　体积法及质量法；

五、标准配件：

熔体流动速率测控系统　1套

微型打印机　　1台