

办理防护口罩预处理测试

产品名称	办理防护口罩预处理测试
公司名称	国瑞中安集团-合规化CRO机构
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	13267220183 13267220183

产品详情

医用防护口罩预处理温湿度试验箱条件为：

a.70 ± 3 环境试验箱中置放24h

b.-30 ± 3 环境试验箱中置放24h

经温度预处理后应在室温调节下恢复4h

GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求5.5合成血液穿透

预处理条件：

口罩样品在21 ± 5 ，相对湿度85% ± 5%环境试验箱中预处理至少4h，口罩样品从环境箱中取出1min内作测试。