

医用一次性防护服厂商 汉邦希瑞 医用一次性防护服

产品名称	医用一次性防护服厂商 汉邦希瑞 医用一次性防护服
公司名称	安徽汉邦希瑞卫生用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省寿县新桥国际产业园创业大道与船涨路交叉口东南侧
联系电话	18155158084 18155158084

产品详情

穿埃博拉病毒防护服方法

1.穿着时需检查所有部件，确保没有任何缺失及破损；2.将手表及其它饰品取下，以防划破埃博拉病毒防护服；3.穿防护服，将拉链拉到底；4.穿防护靴、戴防护眼镜或者防护面屏；5.将头罩盖住头部，医用一次性防护服，将埃博拉病毒防护服拉链完全拉上。按压前方的门襟，医用一次性防护服多少钱，将下巴与拉链处盖住。6.带上防化手套并拉过防护服的袖口，并确认结合处紧密贴合。

医用一次性防护服标准

在我国，医用防护服对应的标准为中华人民共和国国家标准GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》，医用一次性防护服厂商，此标准于2010年3月1日起实施。1.适用范围。本标准适用于为医务人员在工作时接触具有潜在感1染性的患者血液、体液、分泌物、空气中的颗粒物等提供阻隔、防护作用的一次性防护服。2.结构。医用一次性防护服由连帽上衣、裤子组成，医用一次性防护服厂，可分为连身式结构和分身式结构

通过了解医用防护服物理及化学防护性能，提前掌握医用防护服相关国家标准，让我们能更好的做好个人安全防护，保障自身职业安全健康。1、液体阻隔功能抗渗水性：医用防护服关键部位静水压应不低于1.67kPa.透湿量：医用防护服透湿量应不小于2500g/（m²*d）.抗合成血液穿透性：医用防护服抗合成血液穿透性应不低于1.75kPa.表面抗湿性：医用防护服外侧面沾水等级应不低于3级

2、断裂强力：医用防护服关键部位材料的断裂强力应不小于45N

3、断裂伸长率：医用防护服关键部位材料的断裂伸长率应不小于15%

4、过滤效率：防化服关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率应不小于70%

医用一次性防护服厂商-汉邦希瑞(在线咨询)-医用一次性防护服由安徽汉邦希瑞卫生用品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽汉邦希瑞卫生用品有限公司（www.seshealthcare.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!