

口罩质量检测

产品名称	口罩质量检测
公司名称	广东省国瑞知识产权服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙浦围社区创业工业区22栋502
联系电话	15361099098 15361099098

产品详情

要说起2020年必备年货是啥？

那绝非口罩莫属了

关于口罩，你了解多少？今天我们就来扒一扒口罩的八卦吧。

先来聊聊口罩的分类？

再来聊一聊口罩的防护标准

N95口罩和KN95口罩的区别？

KN95执行的是中国标准GB2626-2006中规定的级别。

N95执行的是美国标准NIOSH中规定的级别。

KN95和N95都是过滤效率大于95%，在技术要求、测试方法等基本一致，无明显差别。

相信很多人都注意到了，医院接受捐赠的口罩后面会标明GB19083-2010，而市面上大部分口罩标注的是GB2626-2006，有什么区别呢？

大家看到了，GB2626-2006标准的口罩是不防渗透性的，因此不能用于医疗操作，特别是气管切开、插管等有可能喷溅的高危操作。

而符合GB19083-2010的口罩，能过滤空气中的颗粒物，是具有阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等过滤效果的医用防护口罩，可以用于医疗机构各类操作。

N95只是美国的NIOSH分类法，无论国产或者进口口罩，要在中国售卖，就必须按照中国的医疗器械注册管理，执行GB19083-2010的标准进行检测，只有符合GB19083-2010检测要求的口罩才是医用级别口罩，而GB2626-2006不属于医用级别口罩，不能用于医院。

所以，大家看到医院接受捐赠的口罩里会标明必须是GB19083-2010口罩。

还有细心的人发现了，有的口罩带呼气阀、有的不带呼气阀，那么这有什么区别吗，防不防病毒呢？

呼气阀的设计原理是吸气时，口盖会关紧，确保没有颗粒进入。呼气时，口盖会打开，让湿热的空气散发出去。带呼气阀的口罩只是增加了口罩佩戴的舒适度。而是否防病毒，则是看它的防护等级，例如，都是N95的口罩带与不带呼气阀，防护等级都是一样的，都可以防病毒。

有人说带呼吸阀的口罩不是医用防护口罩，不能防病毒，对不对呢？

根据中华人民共和国国家标准 GB 19083-2010《医用防护口罩技术要求》，医用防护口罩是不应有呼吸阀。这是因为带呼吸阀的口罩呼出的气体不经过滤，会直接排入周围环境，这样如果佩戴者带有呼吸道病菌，就有可能感染周围人，这种口罩只是单向防护，只保护戴口罩的人，而不保护佩戴者周围的人群，所以不适用于医疗机构的防护要求，主要应用于工业防尘口罩和防雾霾口罩。

病毒必须依赖于宿主存活，不能在空气中单独存活，而灰尘和飞沫则是它们的载体。在0.3微米的粒径下，过滤效率达95%以上的N95口罩，无论有无呼吸阀都可以防病毒。

那么我们平时要怎么选择口罩呢？

首先，尽量选择没有呼吸阀的口罩，尤其是有呼吸道疾病的人尽量不要佩戴有呼气阀的口罩，以保护周围人群的安全。如果没有N95口罩，可以选择医用外科口罩，具有很好的防病毒效果。

如何区分一次性口罩跟医用外科口罩？

一次性医用口罩和医用外科口罩在外观上非常相似，那么这两者如何区分呢？

大家注意看口罩包装盒，包装上印有“YY0469-2011”的就是医用外科口罩，其他的不管写的天花乱坠都不是医用外科口罩。

如何正确佩戴N95口罩呢？

如何正确佩戴外科口罩呢？

口罩什么时候需要更换呢？

口罩一般是4-6个小时左右更换一次。

如果出现下面情况，就需要及时更换。

- 1.口罩有破损时；
- 2.呼吸阻抗明显增加时；
- 3.口罩与面部无法密合时；
- 4.口罩受污染（如染有血渍或飞沫等异物时或与病患有接触）。

现在市面上出现了很多假冒口罩，其中仿冒最多的就是N95口罩了，我们要如何识别呢？

1、看外观。

很多正品N95口罩外包装盒一般有变色防伪标签封口，印刷清晰。口罩上一般会标注有NIOSH和N95字样，并有唯一的认证号码，可以进行查询。

但是仿冒的N95口罩上可能没有认证号码，或者认证号码都一样，无法查询到，可以叫店家多拿几个比较下。

2、擦印字。

一般正品N95上的字都是激光打印上去的，擦印字不会掉色。但是仿冒的N95一般是油墨印刷上去的，比较粗糙，擦印字容易褪色。

3、闻气味。

正品的N95口罩一般无味、无过敏。如果有刺激性气味一般为假冒口罩。

4、摸材质

正品N95口罩材质手感细腻，对光均匀。仿冒口罩一般材质粗糙，对光深浅不均。

为避免购买到假冒口罩，建议大家到正规有信誉度的大型药店购买。