

GB2626标准口罩测试办理

产品名称	GB2626标准口罩测试办理
公司名称	国瑞中安集团-法规服务CRO
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	18123723986 18123723986

产品详情

现在你应该知道，符合GB2626和GB19083两种不同国标的口罩，究竟有哪些区别了吧？

(1) 符合GB2626的KN型口罩，因为无法保证口罩不被湿润，不能用于医疗操作，特别是气管切开、气管插管等有可能喷溅的高危操作。

(2) 符合GB19083的1级以上口罩，既能达到95%的过滤性，也能防液体渗透，可以用于医疗机构各类操作。

(3) 符合YY0469的医用外科口罩，达不到95%的过滤性，但能防液体渗透，由于其和人脸的密合性不如医用防护口罩，一般不用于高危操作的防护，但能满足普通风险的操作。

上面说的这些，都是用于医疗机构的选择，那大众人群究竟应该怎么选择呢？

1) 能选外科口罩，尽量选择外科口罩。(舒适性考虑) 2) 能选没有呼吸阀的口罩，尽量选择没有呼吸阀的口罩。(他人安全考虑) 3) 实在是没得口罩，待在家里，哪都别去！

提示：

TIP1：大家是不是觉得，我讲了KN95，讲了一大堆，却没讲N95是啥？

答：N95只是大家的一种口头说法（来源于美国的NIOSH分类法），其实，就算是3M进口的最经典的几款口罩（如1860款和9132款），要进入到中国售卖，就必须按照医疗器械管理要求，拿到中国的医疗器械注册证，而想拿到中国的医疗器械注册证，其口罩就必须按GB19083-2010的要求进行检测，检测合格后，其外包装上才会印制这个技术标准。

所以这个问题又回到了最开始状态，这个口罩（不论国产还是进口，不论是3M的哪款型号），都必须拿到国内的进口产品医疗器械注册证才能售卖，所以必须符合GB19083，而不是GB2626（即：符

合GB2626的3M口罩，不属于医疗器械，不能用于医院）。

、 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每种产品抽取样品数量见表1。