

口罩检测报告测试标准总汇

产品名称	口罩检测报告测试标准总汇
公司名称	国瑞中安集团-全球法规注册
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园凯科技工业园(一期)2#厂房一层B座103
联系电话	13316413068 13316413068

产品详情

各口罩标准【过滤效率】汇总

标准名称

过滤效率要求

GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》

非油性颗粒物过滤效率：

1级 95%；

2级 99%；

3级 99.97%；

GB2626-2019《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》

非油性颗粒物过滤效率：

KN90 90.0%；

KN95 95.0%；

KN100 99.97%；

油性颗粒物过滤效率：

KP90 90.0% ;

KP95 95.0% ;

KP100 99.97% ;

GB/T32610-2016 《日常防护型口罩技术规范》

90% ;

级 95% ;

级 99% ;

油性颗粒物过滤效率 :

YY0469-2011 《医用外科口罩》

细菌过滤效率 (BFE) : 95%

非油性颗粒物过滤效率 (PFE) : 30%

YY/T0969-2013 《一次性使用医用口罩》

细菌过滤效率 (BFE) : 95%