

# 欢迎选购无锡旺泉涌高低温交变湿热试验箱 全国送货售后无忧

产品名称	欢迎选购无锡旺泉涌高低温交变湿热试验箱 全国送货售后无忧
公司名称	无锡旺泉涌环境试验设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:W-GDJS-225L 温度范围:-40 ~ + 150 湿度范围:20%~98%
公司地址	无锡市锡山区锡北镇劲丰村群合路8号
联系电话	0510-81003899 13003386080

## 产品详情

### MAIN TECHNICAL FEATURES主要技术指标

设备用途：

适用于对大型电工电子及其他产品、零部件及材料进行恒温试验，模拟温度变化条件下对产品、零部件及材料进行质量及可靠性测试。

- 1、产品名称：高低温交变湿热试验箱
- 2、产品型号：W-HSJS-225L
- 3、样品限制条件：

本试验设备禁止：

易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存

腐蚀性物质试样的试验及储存

生物试样的试验或储存

强电磁发射源试样的试验及储存

#### 4、设备使用条件：

4.1、环境温度：5 ~ +32 （24小时内平均温度 32 ）

4.2、环境湿度： 85%R.H

4.3、操作环境需在室温28度以下且通风良好，机器放置前后左右各80公分不可放置物品；

4.4、电源要求：AC380 ( ± 10% ) V/50HZ

## 二、技术指标Technical Specifications

### 1、容积和尺寸：

1.1标称内容积(L)：225L

1.2标称内箱尺寸（mm）：500×600×750(深\*宽\*高)

1.3标称外箱尺寸（mm）：950×1100×1750（深\*宽\*高）

### 2、温度指标：

2.1 温度范围：-40 ~ +150

2.2 温度波动度：±0.5

2.3 温度偏差：±2.0

2.4 温度变化速率：

由+25 升至+150 约需40分钟(空载时)

由+25 降至-40 约需65分钟(空载时)

以上指标均为箱内无试样负载情况下测试（有特殊说明者除外）。

### 3、湿度指标：

1. 温度范围：20%~98%（温度+20 ~85 内）

2. 湿度波动：±3%RH

3. 湿度偏差： $\pm 3\%RH$

4. 满足试验标准：

GB/T2423.1-2008 试验A：低温试验方法

GB/T2423.2-2008 试验B：高温试验方法

GJB150.3A-2009 高温试验

GJB150.4A-2009 低温试验

GB/T5170-2008 标准测试

GB/T2423.3-2006 试验Ca: 恒定湿热试验