欢迎选购无锡旺泉涌高低温交变湿热试验箱 全国送货售后无忧

产品名称	欢迎选购无锡旺泉涌高低温交变湿热试验箱 全国送货售后无忧
公司名称	无锡旺泉涌环境试验设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:W-GDJS-225L 温度范围:-40℃～＋150℃ 湿度范围:20%~98%
公司地址	无锡市锡山区锡北镇劲丰村群合路8号
联系电话	0510-81003899 13003386080

产品详情

MAIN TECHNICAL FEATURES主要技术指标

设备用途：

适用于对大型电工电子及其他产品、零部件及材料进行恒温试验，模拟温度变化条件下对产品、零部件及材料进行质量及可靠性测试。

1、产品名称：高低温交变湿热试验箱

2、产品型号：W-HSJS-225L

3、样品限制条件：

本试验设备禁止：

易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存

腐蚀性物质试样的试验及储存

生物试样的试验或储存

强电磁发射源试样的试验及储存

4、设备使用条件：

4.1、环境温度：5°C～＋32°C（24小时内平均温度≤32°C）

4.2、环境湿度：≤85%R.H

4.3、操作环境需在室温28度以下且通风良好，机器放置前后左右各80公分不可放置物品；

4.4、电源要求：AC380（±10%）V/50HZ

二、技术指标Technical Specifications

1、容积和尺寸：

1.1标称内容积(L)：225L

1.2标称内箱尺寸（mm）：500×600×750(深*宽*高)

1.3标称外箱尺寸（mm）：950×1100×1750（深*宽*高）

2、温度指标：

2.1 温度范围：-40°C～+150°C

2.2 温度波动度：±0.5°C

2.3 温度偏差：± 2.0°C

2.4 温度变化速率：

由+25°C升至+150°C约需40分钟(空载时)

由+25°C降至-40°C约需65分钟(空载时)

以上指标均为箱内无试样负载情况下测试（有特殊说明者除外）。

3、湿度指标：

1. 温度范围：20%～98%（温度+20°C~85°C内）

2. 湿度波动：±3%RH

3. 湿度偏差：±3%RH

4. 满足试验标准：

GB/T2423.1-2008 试验A：低温试验方法

GB/T2423.2-2008 试验B：高温试验方法

GJB150.3A-2009 高温试验

GJB150.4A-2009 低温试验

GB/T5170-2008 标准测试

GB/T2423.3-2006 试验Ca: 恒定湿热试验