

陶瓷品红压力试验装置 JAY-5233 GB4706.1-2005标准

产品名称	陶瓷品红压力试验装置 JAY-5233 GB4706.1-2005标准
公司名称	珠海市嘉仪测试设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:嘉仪 型号:JAY-5233 产地:珠海
公司地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-5080
联系电话	0756-8639995 13824198809

产品详情

陶瓷品红压力试验装置

JAY-5233

符合标准：GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分通用要求》第22.32条、IEC60335-1

用途：用于测定陶瓷材料是否紧密烧结

试样范围：陶瓷材料

结构及功能：由两部分构成：品红试验容器和水压增压装置。陶瓷材料打碎浸泡在压力不小于15MPa的碱性品红溶液中，一段时间后，使试样持续时间和试验压力之积约为180。

技术参数：

项目名称	参数规格
电源电压	AC380V、50HZ
电源功率	3KW
试验压力	0.5-20MPa ± 0.5MPa
试验完成提醒时间	3分钟
试验时间	1—9999H

容器瓶	450ml
外形尺寸 (LXWXH)	1200mmX450mmX1500mm