

# 医用防护口罩检测

产品名称	医用防护口罩检测
公司名称	国瑞中安集团-法规服务CRO
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	18123723986 18123723986

## 产品详情

### 医用防护口罩

YY0469-2011医用外科口罩（YY0469-2011）为医用外科口罩的行业标准，于2011-12-31发布，2013-06-01号实施。

医用外科口罩行业标准第一版（YY0469-2004）已被2011版所替代。适用于临床医务人员在有创操作等过程中佩戴的一次性口罩，是手术室等有体液、血液飞溅风险环境常用的医用口罩，外包装上必须明确标示为医用外科口罩。

该类型口罩的核心指标包括细菌过滤效率、颗粒过滤效率、合成血液穿透阻力、通气阻力，没有像医用防护口罩标准那样对面部密合度提出严格要求，对细菌的过滤效率 95%，对颗粒的过滤效率有限（30%）。

### GB 19083-2010《医用防护口罩技术要求》

GB 19083 口罩拉力测试机，依据GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求标准 4.3口罩带 4.3.2 方法检测，应有足够强度固定口罩位置。每根口罩带与口罩体连接点的断裂强力应不小于10N。

按照5.3口罩带 检测方法：

#### 5.3.1 样品数量：

取4个口罩，打开包装，其中2个进行温度预处理，2个不进行预处理。

#### 5.3.2 温度预处理条件：

预处理条件为：

a) 70 ±3 环境试验箱中放置24h；

b)  $-30 \pm 3$  环境试验箱中放置24h。经温度预处理后应在室温条件下恢复至少4h。

5.3.3 通过检查和拉力试验装置测量，结果均应符合4.3要求。