

穿刺器气密性检测设备技术要点分析与解答

产品名称	穿刺器气密性检测设备技术要点分析与解答
公司名称	厦门市希立仪器设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:海立姆泄漏检测系统 型号:SLA-M-Q1501- 测量范围:-60kpa-500kp
公司地址	厦门市集美区同集南路301号中铁海新大厦B栋
联系电话	0592-3724858 15260203002

产品详情

穿刺器气密性检测设备技术要点分析与解答 多通道穿刺器气密性测试方法如下

穿刺器在医疗手术中起到非常关键作用，做气密性测试的时候也是相当严格，如果仪器的精度不够，那么就无法满足穿刺器的测试要求。在穿刺器国标要求中是这样规定的，一、把导向柱插入到穿刺器外壳里面的时候是不允许有任何泄漏；二、把导向柱放出测试气密性的时候往底部充入4.5Kpa的压力，看泄漏值是否在合格范围内（等同于泡水一分钟，冒泡小于20个）。

根据穿刺器气密性测试国标要求，厦门希立仪器穿刺器防水测试仪已经完全可以满足国标测试要求，以下为厦门希立合作过的穿刺器气密性测试客户案例，如果想要更详细的了解穿刺器气密性测试的相关内容，可以咨询厦门希立仪器设备有限公司，我们将在给您回复

穿刺器气密性测试仪用于穿刺器气密性检测_厦门希立生产线实拍

根据穿刺器气密性测试国标要求，厦门希立仪器穿刺器防水测试仪已经完全可以满足国标测试要求，以下为厦门希立合作过的穿刺器气密性测试客户案例。