

# 泡沫水平燃烧试验仪 JAY-9319 嘉仪ISO9772-2001标准

产品名称	泡沫水平燃烧试验仪 JAY-9319 嘉仪ISO9772-2001标准
公司名称	珠海市嘉仪测试设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:嘉仪 型号:JAY-9319 产地:珠海
公司地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-5080
联系电话	0756-8639995 13824198809

## 产品详情

### 泡沫水平燃烧试验仪

JAY-9319

#### 一、产品概述：

泡沫水平燃烧试验装置符合ISO9772-2001、UL94及GBT8332-2008《泡沫塑料燃烧性能试验方法-水平燃烧法》等标准要求，适用于对ISO845测定的密度小于250kg/m<sup>3</sup>的泡沫塑料小试样在小火焰下的水平垂直燃烧性能。

本系列产品均采用积分式进气点火系统，燃烧延时仅0.1秒，确保气体的充分燃烧时间；黑色亚光背景，多功能火焰量规，火焰调节简单实用；箱体全不锈钢，观察窗口大；进口高精度数显仪表，外形美观；集多项国内外同类产品的优点，用料考究，做工扎实，品质优异，性能稳定，耐用美观。

#### 二、型号规格及技术参数

参数\型号	JAY-9319
功率/等级	HB
符合标准	UL94、ISO9772-2001及GBT8332-2008
施焰时间	9999X0.1s
余焰时间	
余灼时间	
施焰次数	0-9999
燃烧角度	0°
火焰高度	20~175mm可调
气体流量	0.03~0.3ml/Min
气体压力	0~1 Mpa ; 背压力 ± 300mm水柱
试样尺寸	L*W*H=127mm*12.7mm*(>3.05mm)
位置调节	样品夹支架上下可调，燃烧座可前后调节行程
喷灯标准	IEC60695-11-4,内径9.5mM，有效长度100mm,带翼型灯顶
气体类别	甲烷或丙烷或混合气
箱体容积	大于0.75立方，内壁黑色，亮度小于20lx