

YY/T 0969-2013一次性使用医用口罩

产品名称	YY/T 0969-2013一次性使用医用口罩
公司名称	国瑞中安集团-CRO服务机构
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	15816864648 15816864648

产品详情

测试项目	测试方法及章节号	主要测试仪器	仪器
外观	4.1章节		
结构与尺寸	4.2章节		
鼻夹	4.3章节		
口罩带（强力）	4.4章节	Delta-口罩材料强度试验机	恒温
细菌过滤效率（BFT）	4.5章节(同YY 0469-2011)	Delta-口罩细菌过滤效率测试仪	
通气阻力	4.6章节	Delta-口罩呼吸阻力测试仪	
微生物指标	4.7章节	/	
	GB 15979-2002		
环氧乙烷残留量	GB/T 14233.2-2005		
生物学评价	4.8章节	Delta-气相色谱仪\顶空进样器	
	4.9章节		
	细胞毒性		
	皮肤刺激		
	迟发性超敏反应		
	6、GB/T 32610-2016日常防护型口罩技术规范		
耐摩擦色牢度	GB/T 29865	Delta-口罩摩擦色牢度测试仪	常规
甲醛含量	GB/T 2912.1	Delta-口罩甲醛含量测试仪	化学
pH值	GB/T 7573	PH计	
可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592	GB/T 14233.1-2008	

	GB/T 23344		
吸气阻力	6.7章节		
呼气阻力	6.8章节		
口罩带及口罩带与口罩体的连接	6.9章节	Delta-口罩材料强度试验机	
处断裂强力			
呼气阀盖牢度	6.10章节		GB 1
视野	GB 2890-2009 6.8	Delta-口罩视野测试装置	
过滤效率	附录A	Delta-口罩颗粒物防护效果和过	湿度
防护效果	附录B	滤效率测试装置	温度
			标配NaCl颗粒

7、GB 10213-2006一次性使用医用橡胶检查手套