

无菌医用口罩中环氧乙烷残留量检测方法

产品名称	无菌医用口罩中环氧乙烷残留量检测方法
公司名称	国瑞中安集团-法规服务CRO
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	18123723986 18123723986

产品详情

【环氧乙烷残余量检验】

GB 19083-2010 医疗器材防尘口罩：经环氧乙烷杀菌的防护口罩，其残余量应不超过 $10 \mu\text{g/g}$ 。

GB/T 32610-2016 平时防护型口罩：经环氧乙烷解决的防护口罩按GB/T 14233.1-2008中第9章要求实行。环氧乙烷残余量应不超过 $10 \mu\text{g/g}$ 。

YY 0469 医疗器材外科口罩：经环氧乙烷杀菌的防护口罩，其残余量应不超过 $10 \mu\text{g/g}$ 。

YY/T 0969 一次性使用医用外科口罩：防护口罩如经环氧乙烷杀菌或消毒杀菌，其环氧乙烷残余量应不超过 $10 \mu\text{g/g}$ 。

电话：15899785958 联络手机上：13533320849 希望您的咨询