

口罩油性过滤性检测

产品名称	口罩油性过滤性检测
公司名称	广东省国瑞企业管理服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	龙华区龙华街道大和路金鼎盛科创园A座4楼
联系电话	13510994721 15899785958

产品详情

口罩带 口罩带要求：口罩带应调节方便。应有足够强度固定口罩位置。每根口罩带与口罩体连接点的断裂强力应不小于10N。检验方法：样品数量：取4个口罩，打开包装，其中2个进行温度预处理，2个不进行预处理。<温度预处理条件。预处理条件为：a、70 ±3

环境试验箱中放置24 h。b、-30 ±3 环境试验箱中放置24 h。注：经温度预处理后应在室温条件下恢复至少4h。通过目力检查和拉力试验装置测量，结果均应符合调节方便、有足够强度固定口罩的位置，以及每根口罩带与口罩体连接点的断裂强力应不小于10N。

密合性 密合性要求：口罩设计应提供良好的密合性，口罩总适合因数应不低于100。检验方法：按照使用说明书佩戴好口罩，作6个规定动作。按照使用说明佩戴好口罩。测试前应进行检查，包括口罩无移动趋势、口罩带不要过松或过紧、鼻夹贴适鼻梁，周边不要漏气等。测试过程进行中不允许再调整。要求受试者做以下6个规定动作，每个动作做1min：a、正常呼吸——站立姿势，正常呼吸速度，不说话。b、深呼吸——站立姿势，慢慢深呼吸，注意不要呼气过度。c、左右转头——站立姿势，缓缓向一侧转头到极限位置后再转向另一侧，在每个极限位置都应有吸气。d、上下活动头部——缓缓低头，再缓缓抬头，在抬头的极限位置应有吸气动作。e、说话——大声缓慢说话。让受试者从100倒数或读一段文章。f、正常呼吸——站立姿势，正常呼吸速度，不说话。