

# GB 19083—2010 《医用防护口罩技术要求》

产品名称	GB 19083—2010 《医用防护口罩技术要求》
公司名称	国瑞中安集团一站式CRO
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区宝新科技园2#厂房B栋一层
联系电话	13929216670 13929216670

## 产品详情

医用防护口罩要求GB 19083—2010《医用防护口罩技术要求》适用于医疗工作环境下，过滤空气中大颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等的自吸过滤式医用防护口罩。此标准参照了美国和欧洲等国的相关标准，结合我国实际情况，对口罩的过滤效率和密合性等项目进行了更为具体的技术要求。由于其指定医用环境适用，因此其过滤效率主要是指过滤空气中飘浮的非油性颗粒物，包括带性的血液、飞沫、分泌物等。

GB 19083—2010测试，在气流量为85L/min情况下，口罩对非油性介质颗粒过滤效率分级和要求见表2。

GB 19083—2010只适用于医用环境，并没有油性颗粒物污染，其盐性介质是氯化钠（NaCl），浓度不超过200mg/m。试验将6个口罩样品进行试验，3个经过温度预处理，3个不经过预处理，将气体流量稳定至(85±2L)/min，口罩的吸气阻力不得超过343.2Pa(35mm HO)。测试开始后，记录初始过滤效率测试数据。在检测过程中，每个样品的过滤效率结果均应符合表2要求。

如有口罩检测，口罩快检，口罩质检报告办理，口罩出口认证等业务，欢迎来电咨询