

平面口罩国内外检测标准

产品名称	平面口罩国内外检测标准
公司名称	国瑞中安集团-CRO服务机构
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	15816864648 15816864648

产品详情

平面口罩材料

1、EN14683-2014 医疗口罩材料

分类	TYPE a	TYPE	TYPE R	测试方法	备注
BFE(%)	95	98	98		至少测试
压差 (Pa/cm ²)	29.4	29.4	49.0		件21度 ±
血液穿透 (KPa)	无要求	无要求	16 (120mmHg)	ISO22609	32个口罩
微生物清洁度(cfu/g)	30	30	30	ISO11737-1	超过3个

注：a代表着这种材料只能给病人、易过敏的人群2、ASTM F2100-2004 医疗口罩材料

性能指标	Low Barrier	Moderate Barrier
BFE (%)ASTM F2101:2007 (28.3LPM。3.0 μm葡萄糖菌粒子)	95	98
压差(mmH ₂ O/cm ²)4.4.1.2of MIL-M-36954C (8.0LPM)	<4.0	<5.0
PFE (%) 0.1um 乳胶粒子ASTM F 2299	Not required	98
血透 (ASTM F 1862 , ISO22609) mmHg	80	120
阻燃 16 CFR Pat 1610	Class 1	Class 1

3、YY0469-2004 医用外科口罩技术要求表1 口罩的分类

分类	BFE (%)	PFE (%)	阻力(pa)	血透(mmH ₂ O)	备注
	95	30	49	120	阻燃性 水等级

表2 口罩微生物指标

细菌菌落总数CFU/ 大肠菌群	绿脓杆菌	金黄色葡萄球菌	溶血性链球菌	真菌菌落总数
g ₂₀ 不得检出	不得检出	不得检出	不得检出	g 不得检出