

防尘口罩规定GB 19083-2010

产品名称	防尘口罩规定GB 19083-2010
公司名称	国瑞中安集团-CRO服务机构
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	15816864648 15816864648

产品详情

医疗器械防尘口罩规定GB 19083-2010《医用防护口罩技术要求》

它适用诊疗办公环境下，过滤气体广州中山大学细颗粒物，隔绝飞沫传染、血夜、血液、分泌物等的自然吸气过滤式医疗器械防尘口罩。此规范参考了英国和欧州等国的有关规范，融合在我国具体情况，对防护口罩的过滤效率和密封性等新项目开展了更加实际的技术标准。因为其特定医疗器械自然环境可用，因而其过滤效率关键就是指过滤空气中悬浮的非油性颗粒物，包含带性感染的血夜、飞沫传染、分泌物等。GB 19083-2010检测在气总流量为85L/min状况下，防护口罩对非油溶性物质颗粒物过滤效率等级分类和规定见表2。GB 19083-2010只适用医疗器械自然环境，并没有油性颗粒物环境污染，其盐性物质是氧化钠（NaCl），浓度值不超过200mg/m。实验将6个防护口罩试品开展实验，3个历经温度预备处理，3个不历经预备处理，将气体压力平稳至 $(85 \pm 2L)/min$ ，防护口罩的呼吸摩擦阻力不可超出343.2Pa(35毫米HO)。检测刚开始后，纪录原始过滤效率数据测试。在检验全过程中，每一个试品的过滤效率结果均应合乎表2规定。

表2 GB 19083-2010过滤效率等级分类和规定

过滤效率等级分类		级	级	级
过滤效率（ % ）	盐性物质	99.97	99	95