

医用外科口罩（YY0469-2010）检测内容

产品名称	医用外科口罩（YY0469-2010）检测内容
公司名称	国瑞中安集团-法规服务CRO
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	18123723986 18123723986

产品详情

医用外科口罩（YY0469-2010）要求对非油性颗粒物的过滤性能为 30%，这比KN95口罩的 95%的要求低很多，所以很多人自然而然的认为：KN型口罩，特别是KN95型口罩，肯定比医用外科口罩效果好！这是绝对的吗？

别忘了我在外科口罩那部分划了重点：外科口罩有防渗透的要求，一般分为三层，最外层为防水层，医疗环境中使用口罩的最主要原因就是隔绝细菌，而细菌一旦附着在口罩外表面，非常容易跟随潮湿的口罩直接渗透进入口罩内部，所以，防渗透非常重要！

而纵观整个GB2626，我没有找到标准对KN型口罩防水的要求，不仅仅是KN型口罩，KP型口罩也没有，也就是说，符合GB2626所有标准的合格口罩，都没有防渗透的要求。在这一点上，KN型口罩，就不如外科口罩！

那有人就开始动脑筋了，符合GB2626的KN型口罩不防水，怕被病人的飞沫、口水喷湿而导致细菌通透性增加，那我加个防护面屏，确保它不会被浸湿不就行啦？一样可以用呀！

是的，确实可能防住了口罩外面的液体。但别忘了，口罩外面的水被防住了，口罩里面的水可没有办法防住，您呼吸没有水分的吗？

外科口罩的最内层是吸水层，可以将您呼吸出来的水分吸附而不影响中间的过滤层，更不会穿透外面的防水层；但GB2626依然没有，它既不能防外面的水，也不能防内面的水，一旦长时间佩戴（目前物资奇缺，极有可能长时间佩戴），一样会导致口罩浸湿而造成通透性增加，防护作用，大打折扣！