

# 承一科技 烤箱干燥箱 璧山干燥箱

产品名称	承一科技 烤箱干燥箱 璧山干燥箱
公司名称	承一科技（重庆）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市江津区双福新区祥福大道638号（智能产业园）
联系电话	13166325568

## 产品详情

在真空度调试结束后，烤箱干燥箱，可作如下操作

在真空度调试结束后，可作如下操作：

- 1、首先打开真空箱电源，
- 2、PV屏显现作业室内丈量温度，SV屏显现出厂时设定的温度;
- 3、控温仪上AT及HEAT等灯应亮，表示仪表进入加温的作业状况。

修正设定温度

- 1.按一下控温仪的功能键
- 2.修正结束后，再按一下SET键，PV屏显现ST字符，设定定时时刻。
- 3.再按一下SET键，使PV屏显现作业室温度，SV屏显现新的设定温度。
- 4.若在枯燥物品的过程中，真空干燥箱的使用步骤，需求参加氮气等惰性气体，应在合同中注明，增配一个进气阀。

运用注意事项

运用环境要求:

- 1、温度：5~40 b)相对湿度：85%RH c)电源电压：AC220V ± 10% 50Hz

## 2、周围无激烈轰动及腐蚀性气体影响

若真空泵正常且契合技术要求，不能抽真空，则打开箱门运用产品附件中的扳手将箱体上的门扣向里拧一圈收短，从头关门。

此真空干燥箱不能作为电热枯燥箱运用，因作业室不在真空状况，丈量温度与作业室内实际温度差错极大。

### 干燥箱的使用手册二

易挥发物品切勿放入枯燥箱内，免得惹起。

样品搁板均匀负荷不应超越20kg。

样品室与加热室之间的搁板上不能放置物品，免得影响热量交流。

运用前必定要反省镍络丝有无堆叠、短路之处。

加热指示灯不亮，缘由普通有三： 灯泡坏了； 灯泡接触不良； 加热零碎出毛病。

电热枯燥箱的颐养与保护：6.翻开加热开关，壁山干燥箱，不加热。缘由普通有四： 镍铬丝断路； 开关与线路脱焊； 控温旋钮指在零位（旋动控温旋钮至温度刻度）； 继电器保护。

温度掌握失灵，缘由普通有三： 感温探头保护（改换热敏电阻）； 继电器保护； 控温零碎其他部件毛病（用万用电表测出毛病所在，干燥箱功能，据情修缮）。

真空干燥箱的真空度拉到需求的真空度，过一会真空度就减小了，换了真空阀和真空管，还是这种现状，这是怎么回事呢，下面由小编具体为大家介绍一下：

关于真空干燥箱漏气难排查的便是内胆漏气，需求在箱体内部倒一些水，然后把门关掉抽真空，然后翻转箱体假如某个方位有气泡呈现的话便是漏气点，有条件的话用弧焊焊一下。还有一些方法：在真空炉内打入氮气在有或许漏的当地放下泡沫若有泡沫连续胀大就阐明有缺口；别的一种方法是预备桶洗衣粉水和打针器，拿打针器对你觉得或许漏的当地打针洗衣粉水，仔细观察假如打针处有冒泡点证明此点为漏点。

假如真空干燥箱箱体门密封稍微有点不紧的话只需真空干燥箱内负压达到必定程度也是没问题的。先在抽一次真空，看看负压表能不能到一个标准大气压，假如在抽气过程中指针变化缓慢，试着将门往里推看看能不能抽到真空状态，假如能够抽真空，就只需把门口在旋紧几圈就好了。假如用手推着门还不行的话，就很有或许是内胆上固定加热块的螺丝有松动，需求把后挡板拆开下来(拆开

过程中请带好手套跟口罩，一般的保温面采用硅酸盐类物质这个东西接触到皮肤会很不舒畅)然后找到加热原件后把固定加热块的固定螺丝重新紧一下。然后再抽真

空，就能够使用了。

承一科技(图)-烤箱干燥箱-壁山干燥箱由承一科技（重庆）有限公司提供。承一科技（重庆）有限公司（[www.cq-cee.com](http://www.cq-cee.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

