

手术台价格 烟台手术台 华昇器械技术先进

产品名称	手术台价格 烟台手术台 华昇器械技术先进
公司名称	山东华昇医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市开发区
联系电话	15588736678

产品详情

手术台

4、手术台使用当中发现会自动降下去，速度较快，并且有振动声。这种故障是升降油管内壁发生问题了。长期的上下动作，如果皮碗上有细小的一点杂质。有时会把油管内壁拉出划痕来，手术台价格，时间久了，划痕越来越深就产生上述故障。解决的办法就是更换升降油管。

5、手术中背板会自动降下来，但是速度很慢。这种故障主要是因为电磁阀内漏造成的，一般发生在电动手术台，长期的使用有时杂质会聚集在电磁阀口处。解决的办法是把电磁阀拆开清洗。需要注意的是由于背板压力大，一般电动手术台设计有二个电磁阀串联，清洗时要二个一起清洗。

手术台电动手术台控制面板故障的原因

电动手术台在手术室发挥着较重要的作用，医院手术台，能够方便手术的进行，但是如果它出现故障的话就会影响使用，手术台品牌，接下来我们为大家介绍电动手术台控制面板故障的原因：

- 1、电动手术台无动作，也就是控制面板上十个动作键无反应，可能是无交流220伏电压输入：墙上插座无电或5安培保险丝烧毁造成的。
- 2、控制面板上左边或右边一列五个动作失灵，可能是控制面板线路板上下面两个TP137管其中一个损坏导致的。
- 3、控制面板下连接线中黄线或橘黄线中间压断：电磁换向阀线圈坏也会造成控制面板出现问题。
- 4、控制面板上十个动作键与实际床动作不相符合，一般是由于控制相应动作的电磁阁内硅胶阀芯密封垫长期浸在油中工作磨损，从而导致电磁阀不工作时无法关死导致的。

- 4、手按控制板应挂在手术台侧面钢轨上。其线路应避免面夹伤、压伤、防止线路报坏。
- 5、勿放重物于电源线上或让推车辍过电派线。
- 6、勿让病人坐在手术台的头板、手价板或腿板上。过重重母可造成配件弯曲报坏。头板与陇板载盆40kg。当两腿板分开超过450时只可毅爪20kg。手术台承受的爪不宜超过150kg。
- 7、勿将物品、配件或重物放于手术台底座的外盖上。
- 8、手术台和附件的清洗、消毒：
 - (1)使用含表面活性荆和磷胶盐的弱玻性清洁荆清洁手术台和附件。
 - (2)手术台的消毒应使用含乙限荃的表面稀释消毒手术台，不能使用抓、含抓化合物及含乙醉的混合物，以免腐蚀金属表面。
 - (3)勿使用清洁剂和清水喷洒或冲洗底座，防止内部的电气控制系统短路报坏、零部件生锈或故障。
- 9、勿连续操作油压马达超过5分钟，以避免故障。
- 10、购买时尽足统一厂家，烟台手术台，以减少使用和管理的倪乱。同时配件也可通用，避免重复响置、资派浪费。
- 11、做好配件管理，在不使用时应有序地放置在专用放皿架上，定期检查，以防遗失和损坏。
- 12、掌握电动手术台的正确阅节方法及不同况件的用途及安装方法。
- 13、定期检查电动手术台的功能，由专业人员做好保养工作，确保手术的正常使用。电动调节式手术台要按时充电，以方便术中使用的。

手术台价格-烟台手术台-华昇器械技术先进(查看)由山东华昇医疗器械有限公司提供。山东华昇医疗器械有限公司(www.hsylqxu.com)为客户提供“I,II类器械及耗材销售”等业务,公司拥有“无影灯,吊塔”等品牌,专注于医疗器械制造设备等行业。欢迎来电垂询,联系人:付经理。