

防爆高温试验箱 标承实验仪器 防爆

产品名称	防爆高温试验箱 标承实验仪器 防爆
公司名称	上海标承实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路18号
联系电话	15021616898

产品详情

高低温试验箱接进电源注意事项

电源及接地线之确认; 电源进线线径必须等于大于要求线径, 否则设备在运行过程中负载严重, 防爆
湿热试验箱, 很容易引起负载烧坏

高低温试验箱接进电源注意事项

电源及接地线之确认;
电源进线线径必须等于大于要求线径, 否则设备在运行过程中负载严重, 很容易引起负载烧坏

高低温试验箱接进电源注意事项

电源及接地线之确认;
电源进线线径必须等于大于要求线径, 否则设备在运行过程中负载严重, 防爆, 很容易引起负载烧坏

高低温试验箱控制系统

控制器

高低温试验箱简介

高低温试验箱根据试验方法与行业标准可分为“交变试验”和“恒温试验”，防爆高温试验箱，两种试验方法都是在高低温试验箱的基础上进行升级拓展，交变试验箱是指可以一次性将需要做的高温、低温、时间设定在仪表参数内，试验箱会按照设定走程序，高低温试验箱就是在做一个固定的温度，使试验效果更接近自然气候，模拟出更恶劣的自然气候，从而使被测样品的可靠性更高。样品放置应不堵塞出风口和回风口，给温湿度传感器也应留出一定距离。

防爆高温试验箱-标承实验仪器(在线咨询)-防爆由上海标承实验仪器有限公司提供。另一种可能就是湿球纱布因使用时间长，或供水水质纯净度的原因，会使纱布变硬，使纱布无法吸收水份而干燥，只要更换或清洗纱布即可排除以上现象。上海标承实验仪器有限公司（www.bcsy.sh.cn）有实力，信誉好，在上海松江区的试验机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进标承实验仪器和您携手步入辉煌，共创美好未来！