

量水堰计 北京SOIL仪器 量水堰计供货商

产品名称	量水堰计 北京SOIL仪器 量水堰计供货商
公司名称	北京SOIL仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区科学城航丰路9号302室（园区）
联系电话	13811337901

产品详情

量水堰计保养之浮筒

北京SOIL，英国SOIL子公司专业致力于量水堰计制造60年

由于浮筒被假定是质量不变，所以应使其保证干净并不得形成结垢，滋生藻类，量水堰计供货商，这一点很重要。应定期观察，这可与干燥管的保养同时进行。

北京SOIL仪器——专业生产、销售量水堰计，量水堰计，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，量水堰计报价，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

量水堰计的故障排除

北京SOIL，英国SOIL子公司专业致力于量水堰计制造60年

如果仪器读数出问题，应采取以下步骤:

1)检查线圈电阻，正常情况下线圈电阻约为 $180\Omega + 10$ 加上电缆电阻。(22号规格的铜导线电阻:每100m约 5Ω)

a)如果电阻太大或无穷大，应怀疑电缆断路。

b)如果电阻太低或接近于0，则应怀疑是短路。

c)如果电阻正常而任何一个传感器都没有读数，就该怀疑是读数仪有问题，这时应向厂家咨询。

2)如果所有的电阻都正常而任何一个传感器都没有读数，就应怀疑读数仪，这时也应向厂家咨询。

3)如果电缆是在现场断了或短路，量水堰计，可按推荐的步骤重新接上。

量水堰计保养之干燥管?

北京SOIL，英国SOIL子公司专业致力于量水堰计制造60年

在振弦传感器有一根通气管，用以消除大气压力变化对传感器造成的影响。在管的末端装有干燥管，用于放置潮湿空气进入仪器内部导致仪器失灵。因此，通气干燥管中的干燥剂需要定期更换。更换的频率取决于气候条件，但正常的周期是3~6个月。当干燥剂的颜色由蓝色变位粉红色则表示应该更换了。如果不按时更换干燥剂，则有可能造成传感器的永久失效。这里推荐使用在干燥管末端套入一个气球来隔离潮湿空气，并延长干燥剂的使用寿命。关于如何安装气球来延长干燥计的使用寿命。

量水堰计-北京SOIL仪器-量水堰计供货商由北京SOIL仪器有限公司提供。北京SOIL仪器有限公司（www.bsil.com.cn）位于北京市丰台区科学城航丰路9号302室（园区）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前北京SOIL仪器在电子、电工产品制造设备中享有良好的声誉。北京SOIL仪器取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。北京SOIL仪器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。