

天一瑞合仪器设备 成都三综合试验

产品名称	天一瑞合仪器设备 成都三综合试验
公司名称	江苏天一瑞合仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市玉山镇中华园西路1888号
联系电话	18762942613 18762942613

产品详情

恒温恒湿试验箱的操作误区

切勿重力敞开/闭合商品箱门，不然易致使箱门掉落，形成商品损坏，产生伤害事故;

商品长期停止运用时，应定时做驱除潮气处置，防止损坏有关器材;

商品在转移时，应小心留意防止损坏面板上的外表等易损零部件;

具体阅读本设备所附文件后，方可操作本设备;

本实验箱无防爆装置，不得放入易燃易爆物品干燥

在操作傍边，除非有必要，请不要翻开箱门，不然能够致使人身伤害以及设备误动作。高低温汽冲出箱外非常危险箱门内侧仍然坚持高温形成烫伤。

维护小常识：

1.恒温恒湿试验箱湿球水位之查看与调整

积水筒水位不可过高，使水溢出积水筒或过低使湿球测验布吸水不正常，影响湿球的准确性水位大概坚持六分满即可。积水筒水位之调整，可调整积水盒的凹凸。

2.恒温恒湿试验箱湿球测验布之替换

当测验布表面不洁净或变硬，三综合试验，或于做完温度操控后，继续做温湿球度操控前都必须替换测验布。测验布约三个月替换一次，替换时应用清洁布擦洗测温体[Sen-

sor]，替换新测验布时应先清洁洁净。

如何提高它的工作效率‘ ’

及时制止加热或测验爆炸性、可燃性以及高腐蚀性的物质，避免形成不必要的损失；应安装在远离可燃物、爆炸物及高温发热源的地方。

在运用恒温恒湿箱做实验时，门必定要关好、关严，避免温湿外泄而达不到设定规模。无阳光直接照耀或其他热源直接辐射且通风良好的场所。

周围无激烈振荡，周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质，安装场所的环境温度切忌急剧变化。

天一瑞合仪器设备(多图)-成都三综合试验由江苏天一瑞合仪器设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江苏天一瑞合仪器设备有限公司（www.tianyiruihe.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!