

小型真空泵价格 锐创泵业 镇江真空泵

产品名称	小型真空泵价格 锐创泵业 镇江真空泵
公司名称	南京锐创泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区幕府西路99号-6
联系电话	13851526699

产品详情

循环式真空泵的使用方法

- 1.使用时，打开水箱上盖注入清洁的凉水(亦可经由放水软管加水)，当水面即将升至水箱后面的溢水嘴下高度时停止加水。重复开机可不再加水，但时间每星期更换一次水，如水质污染严重，使用率高可缩短更换水的时间，始终要保持水箱中的水清洁。
- 2.抽真空操作，将需要抽真空的设备的抽气套管紧密接于本机抽气嘴上，检查循环水开关应关闭，接通电源，打开电源开关，即可开始抽真空，通过真空表可观察真空度。
- 3.若使用抽滤，首先检查抽气套管是否有裂纹、漏气，如果有，则停止使用，应及时更换抽滤管，并使用合适的抽滤锥形瓶，以保证仪器正常工作。使用中，注意观察真空表盘，如有不正常，则立即停止使用仪器。
- 4.当真空泵需长时间连续作业时，水箱内的水温将会升高，影响真空度，此时可将放水软管与水源(自来水)接通，溢水嘴作排水出口，适当控制自来水流量，即可保持水箱内水温不升高使真空度稳定。
- 5.使用完毕，关闭电源，并将仪器清扫干净。

真空泵的材质要求

- 1、要有足够的机械强度和刚度，从而保证壳体能承受较大的大气压力，在加热烘烤时不可发生变形。
- 2、化学稳定性好。真空泵的材质要有较强的和抗腐蚀能力，不与真空泵中的工作介质及工艺过程中的放气发生化学反应。

- 3、在工作温度和烘烤温度下，饱和蒸气压要足够低。
- 4、热稳定性好。在系统的工作温度范围内，能始终保持良好的真空性能和机械性能。
- 5、在工作真空度及工作温度下，真空容器内部的器件应保持良好的工作性能。
- 6、另外，真空泵的材质要有较好的延展性、机械加工性能和焊接性能，易加工成复杂形状的壳体。
- 7、气密性好。它在工作时，要保持在很高的真空环境下，所以器壁材料不可以存在多孔结构、裂纹或形成渗漏的其它缺陷，渗透速率和出气速率要低。

真空泵操作须知，需要注意哪些问题呢？

1.极限真空不高及其消除（1）油位太低，有较大排气声，可加入清洁的真空泵油。（2）泵油为可凝性蒸汽所污染，可开气镇净化或更换新油。（3）泵口外接管道、容器、测试仪表管道、接头等漏气。大漏时，工业真空泵，有大排气声，排气口有气排出，应找出漏气部位，进行消除。（4）进气咀或气镇阀橡胶密封图装配不当，损坏或老化，应调整或更换。（5）进油咀油孔堵塞，可拔出进油咀，疏通油孔。（6）真空系统严重污染，包括容器、管道等，应予清洗。（7）旋片弹簧折断，应予调换。（8）旋片、泵身或盖磨损，间隙过大，应进行检查，修整或调换。（9）泵温过高，应改善通风和冷却。如所抽气体温度太高，应予以先冷却后再进入泵内。

2.喷油（1）油位过高，镇江真空泵，可入出多余油量。（2）减雾器中有泵油或杂物，应清除。

3.漏油 放油螺塞，油箱垫片损坏或装配不当，螺钉拧紧；油标未拧紧，有机玻璃过热变形；泵身部件与支座的连接垫片未垫好；油封装配不当或磨损；应予调整或更换。

4.噪声（1）旋片弹簧折断，可调换弹簧。（2）有毛刺、脏物或变形，小型真空泵价格，运转发生障碍，应检查修磨清洗。（3）轴承磨损，零件磨损。应修整或更换。（4）电机出毛病，应进行检查。

5.返油(1) 止回阀未关好，水环真空泵价格，停泵后，油位很快下降，可再开再停，观察变化或拆开检查。(2) 两泵盖内油封装配不当或磨损，可进行调换。(3) 泵盖或泵身平面不平整，可进行修整。(4) 排气阀片损坏，应进行调换。

小型真空泵价格-锐创泵业-镇江真空泵由南京锐创泵业有限公司提供。南京锐创泵业有限公司（www.njrcby.com）是从事“潜水泵系列,耐腐蚀化工泵系列,真空泵及真空机组,消防泵,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：董电鹏。