

江苏天一瑞合 成都Bring箱

产品名称	江苏天一瑞合 成都Bring箱
公司名称	江苏天一瑞合仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市玉山镇中华园西路1888号
联系电话	18762942613 18762942613

产品详情

维护小常识：

1.恒温恒湿试验箱湿球水位之查看与调整

积水筒水位不可过高，使水溢出积水筒或过低使湿球测验布吸水不正常，Bring箱，影响湿球的准确性水位大概坚持六分满即可。积水筒水位之调整，可调整积水盒的凹凸。

2.恒温恒湿试验箱湿球测验布之替换

当测验布表面不洁净或变硬，或于做完温度操控后，继续做温湿球度操控前都必须替换测验布。测验布约三个月替换一次，替换时应用清洁布擦洗测温体[Sen-sor]，替换新测验布时应先清洁洁净。

恒温恒湿箱框架结构和操作原理

1.制冷

制冷系统是综合试验箱的关键部分之一。一般来说，恒温恒湿试验箱制冷方式都是机械制冷以及辅助液氮制冷，机械制冷采用蒸汽压缩式制冷，它们主要由压缩机，冷凝器，节流机构和蒸发器组成。如果我们试验的温度低温要达到-60，单级制冷难以满足要求，苏州欣汇宝恒温恒湿箱的制冷方式一般采用复叠式制冷。恒温恒湿箱的制冷系统由两部分组成，分别称为高温部分和低温部分，每一部分是一个相对独立的制冷系统。高温部分中制冷剂的蒸发吸收来自低温部分的制冷剂的热量而汽化;低温部分制冷剂的蒸发则从被冷却的对象(试验箱内的空气)吸热以获取冷量。高温部分和低温部分之间是用一个蒸发冷凝器联系起来，它既是高温部分的冷凝器，也是低温部分的冷凝器。

恒温恒湿试验箱

产品说明、技术参数及配置特点

? 试验箱配备了符合EN60159-2标准要求的超温安全断路器，上下温度限值可调。

? 声光报警装置

? 门锁装置确保了较佳的闭合压力又保证了不会出现过压状况

? 大型观察窗作为选件供应，提供了较佳的样品观察效果。观察窗由多层中空玻璃制成四周加热以防止凝露产生

? 每一路工作电流都配置了自身的安全装置可关闭该路电流

? 整个电力系统符合行业内的公认的较高工艺，安全规范“电力系统和设备”（BGV A3）以及一些其他相关的VDE规范

? 该系列的所有试验箱都符合EMC，低电压和机械指令

? 每台设备在出厂前都经过严格检验。他们被设计成可直接插入插头进行使用，无需进行现场安装

江苏天一瑞合(多图)-成都Bring箱由江苏天一瑞合仪器设备有限公司提供。江苏天一瑞合(多图)-成都Bring箱是江苏天一瑞合仪器设备有限公司（www.tianyiruihe.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘先生。