

劳保口罩测试报告用哪个标准？

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 劳保口罩测试报告用哪个标准？ |
| 公司名称 | 全球法规注册CRO-国瑞IVDEAR |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 光明区邦凯科技园 |
| 联系电话 | 13929216670 13929216670 |

产品详情

依据我国的口罩标准，口罩可分为劳保口罩、医用口罩及防护口罩三种。

1. 劳保口罩标准

我国的劳保口罩标准为GB 2626-2006《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》，由原国家质检总局、国家标准化管理委员会公布，为全文强制性标准，于2006年12月1日实施。主要针对工业防尘口罩，适用于防护各类颗粒物的自吸过滤式呼吸防护用品。规定了呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器的技术要求、检测方法和标识。标准根据口罩的过滤效率将口罩分为90(KN90、KP90)、95(KN95、KP95)、100(KN100、KP100)三个等级。数字表示过滤效率的大小，KN系列以氯化钠颗粒物进行检测，KP系列以油类颗粒物检测。具体要求和分类见表1和表2。

表1 GB2626-2006 面罩的分类

表2 GB2626-2006 面罩的过滤效率级别及要求

注：该标准的测试流量为85L/min。呼吸阻力的指标要求为：吸气阻力不超过350pa，呼气阻力不超过250pa。

修订版本GB 2626-2019《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》已于2019年12月31日正式发布，计划于2020年7月1日正式实施，新标准增加了呼吸器材料、产品可拆卸部件的泄漏性检测方法等要求。