

CLV S40冷光源维修中心 找奥得富专业维修团队

产品名称	CLV S40冷光源维修中心 找奥得富专业维修团队
公司名称	广州奥得富医疗设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州高新技术产业开发区开创大道2707号
联系电话	13922112049

产品详情

氙灯冷光源维修，冷光源设备不工作故障维修。

故障现象：设备不工作，电源开关上LED灯不亮

检测结果：保险丝熔断

解决方案：更换保险丝

摄像系统冷光源维修常见故障：

主机启动后，无光源输出、光源不断闪烁、灯泡不亮、计时报警等

摄像系统冷光源维修范围：

维修主板、维修高压板、更换高压模块、更换灯泡等

内窥镜摄像系统冷光源主流服务型号：

- 1、Wolf狼牌：5123、5124、5131、5132、4251；
- 2、Stryker史赛克：X6000、X7000、X8000、L9000、Q-5000；
- 3、STORZ斯托斯：201315 20、201320 20、201330 20、201340 20、213120 20、201133 20；
- 4、OLYMPUS奥林巴斯：CLE-E、CLV-S40、CLV-S40 pro；

- 5、Rudolf诺道夫：XL202/L3；
- 6、Ackermann艾克曼：15-1725；
- 7、Aesculap蛇牌：AXel180；
- 8、smith&nephew施乐辉：300XL；

(1) 摄像显像系统：该系统包括显示器和摄像机。显示器有常规的CRT和液晶两种，广州冷光源维修，摄像机有单CCD和3CCD两种。现在的使用客户多是液晶显示器配3CCD摄像器。

(2) 影像记录系统：现在很多医院都选择以电脑为基础的图文工作站。该系统分两部分：电脑硬件和图文采集软件。

(3) 光源系统：又称冷光源。冷光源灯泡中充有卤素和氙气两种，其输出功率为70-400W。现在300W氙光源是主流的产品。其突出特点是光线强烈，色温5600-6000k，与太阳光类似，涵盖了从紫外线到红外线的整个波段。

(4) 人工系统：将机与二氧化碳钢瓶连接好，并旋开钢瓶上的阀门，CLV-S40冷光源维修中心，然后开启机，冷光源维修服务中心，根据手术的需要，选择压力预设值，当腹腔内压力超过或低于设定值时，全自动二氧化碳机可自动开始或停止注气。

(5) 液体加压系统：关节泵、膨宫泵和膀胱泵等系统主要是用于通过液体加压成腔，然后再通过器械在腔体内进行手术。

(6) 电凝电切系统：在普通开放性手术中和微创手术中都常使用高频电刀。

(7) 动力消融系统：在鼻窦镜和关节镜手术中多会使用的是动力刨削系统和离子消融刀，这两种设备虽然价格不菲，但是它们却大大地缩短了术中时间和降低了手术风险。

(8) 冲洗吸引系统：设备冲洗流速少应达到1 L/min。

广州奥得富医疗设备维修服务有限公司维修硬镜摄像系统，维修范围:摄像主机、摄像头、冷光源等，摄像主机：主机无法开启、图像偏色、无图像输出、图像闪屏、图像模糊、线缆破损等；

摄像头：图像偏色、无图像输出、图像闪屏、图像模糊、无法调焦、护套断裂、线缆破损等；

冷光源：无光源输出、光源不断闪烁、灯泡不亮、保险丝烧坏、计时报警等；气*机：无法开机、报警代码、气压不足、无气体输出、压力不稳、气泵电机噪音大等；

(1) 冷光源：可见光光源长期照射组织可能会引起灼伤，所以在冷光源灯泡前放置一片红外滤波片，过滤掉可见光中产生热量的红外线，氙灯冷光源维修公司，输出热度较小的冷光，提供手术视野的照明。

(2) 导光束：由上千根 μm 级别的导光纤组成，将冷光源的冷光通过全反射传导至腹腔镜中，为腹腔镜在封闭的腹腔内观察病灶提供照明。

CLV-S40冷光源维修中心-找奥得富专业维修团队由广州奥得富医疗设备维修有限公司提供。广州奥得富医疗设备维修有限公司(www.aodefuf-med.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。奥得富——您可信赖的朋友,公司地址:广州高新技术产业开发区开创大道2707号,联系人:汪小姐。