

超级净化手套箱 手套箱 北京艾明珂

产品名称	超级净化手套箱 手套箱 北京艾明珂
公司名称	艾明珂科技（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区宋庄镇丁各庄环村北路2-1号
联系电话	18515419377 18515419377

产品详情

手套箱常见故障及解决办法

1、清洗时箱压持续增加

原因：清洗阀门没有打开、进气压力太大、管路不畅通造成。

办法： 保证管路畅通，不要折弯； 清洗时，箱内相对压力持续低于0.5毫巴。

2、净化柱主阀故障

原因： 工作气压力不足0.5Mpa； 主阀信号反馈故障。

办法： 更换工作气瓶，或检查减压阀副表压力在0.5Mpa； 检查主阀信号开关。

3、循环不能开启

原因：风机变频器低压或高压保护。

办法：待电压稳定后，关机隔1分钟后重启。

想了解更多产品信息，屏蔽手套箱，您可拨打图片上的电话咨询！艾明珂科技有限公司竭诚为您服务！

手套箱在锂电池制作过程中的关键作用

近几年，随着中国锂电制造业的兴起，超级净化手套箱，众多锂电制造企业的加入，使得国内锂电市场良莠不齐，如今锂电池行业已进入一个快速发展阶段，但当前的设备及工艺状况无不在制约着我们这个行业里众多企业的快速发展，如何让锂电池做的又小又耐用，能量储存密度高，甚至还要美观等等，都是摆在我们面前的问题!设备就是其中一个重要方面，在这里介绍一下艾明珂公司的手套箱在锂电池生产中关键作用。

艾明珂大型锂电自动生产线，该生产线可实现在手套箱内进行全自动扫码-注液-称重-补液-封口操作，实现完全无人自动化生产，非标定制手套箱，大大节省人力成本，极大提高产能和产品质量及成品率，为客户实现利益优化；该生产线是锂电/超级电容生产的一次革命。

想了解更多产品信息，您可拨打图片上的电话咨询！艾明珂科技有限公司竭诚为您服务！

手套箱操作提示

- 1、不管打开内门还是外门，都必须保证门两边的气压基本平衡，否则，要么打不开，手套箱，要么发生“气爆”现象。同样，在对箱体内抽气与充气时，也必须保证三通阀处于打开状态（即保证手套内外的气压相等），否则，手套会膨胀爆裂。
- 2、如箱体出现漏气，应首先检查过渡室门是否关紧和手套口是否破损。如还有漏气请检查真空表座、阀门及两个门上的“O”型圈及真空橡皮。过渡室门与手套口门上的“O”型圈要定期更换（根据用户的使用频率而定）。
- 3、对系统抽气时，请缓缓打开阀门，并随时注意手套的变化，如出现膨胀，应减慢抽气速度，如仍不能解决问题，应停止抽气，如手套发生爆裂，检查三通阀是否打开。

想了解更多产品信息，您可拨打图片上的电话咨询！艾明珂科技有限公司竭诚为您服务！

超级净化手套箱-手套箱-北京艾明珂(查看)由艾明珂科技（北京）有限公司提供。艾明珂科技（北京）有限公司（www.eminex-tec.com）有实力，信誉好，在北京通州区的工业自动控制系统及装备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进艾明珂和您携手步入辉煌，共创美好未来！