

# 电子腹腔镜维修电话 佛山电子腹腔镜维修 优选奥得富维修

产品名称	电子腹腔镜维修电话 佛山电子腹腔镜维修 优选奥得富维修
公司名称	广州奥得富医疗设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州高新技术产业开发区开创大道2707号
联系电话	13922112049

## 产品详情

的奥林巴斯电子腹腔镜维修，专业维修/Stryker/502-457-030/腹腔镜 电子腹腔镜维修

腹腔镜硬管内窥镜常见故障：1、内部进水、渗漏

2、图像模糊、图像起雾、图像发黑、三分之一图像、彩虹图像 3、棒镜断裂、物镜碎裂

4、光束损坏、像束损坏 5、亮度不够或不亮 6、工作管变形或末端烧坏 电子腹腔镜维修

腹腔镜维修奥林巴斯，维修腹腔镜找哪家，电子腹腔镜维修

电子腹腔镜维修维修服务

跟踪服务

电话：对提供维修服务的用户提供的维修过程中的跟踪服务（收件确认通知、维修报价时间预估、维修周期通知、维修完成通知、快件发出通知、服务完成后的质量跟踪）

网站：对提供维修服务的用户在公司网站中将可以体现查询服务、提供问题交流平台、提供即时互动QQ、可实现无纸化办公。

奥得富医疗-电子腹腔镜维修案例维修硬镜/内窥镜维修服务商电子腹腔镜维修

设备名称称：OLYMPUS WA50042电子腹腔镜

检测结果：导光软管严重老化，维修硬镜/宫腔一体镜维修/硬管镜维修，电子腹腔镜维修机构，套开裂，后端导光束断丝80%，亮度不够，前端导光束腐蚀凹陷有污垢结晶，佛山电子腹腔镜维修，内镜进水

，电子腹腔镜维修电话，驱动板生锈氧化，CCD老化，图像暗，CCD线缆疲劳，偶尔出现黑屏。STR YKER腹腔镜维修，奥林巴斯电子腹腔镜维修，维修内窥镜腹腔镜维修常见型号电子腹腔镜维修WA53005 A、A5295A、A5254等。

解决方案：更换导光软管、导光束、护套、驱动板、CCD线缆、CCD组件，重新组装、密封。电子腹腔镜维修

腹腔镜模糊怎么处理，腹腔镜维修，电子腹腔镜维修方法，腹腔镜维修公司

故障原因分析：

- 1、成像系统损坏。
- 2、光路系统损坏。

公司成立多年，是国内少数能实现自我维修进口硬管内窥镜及软镜的专业维修公司，公司技术力量雄厚，严格采

用的进口配件。同时与国外专业内窥镜维修公司交流与合作，立志于成为国内硬管内窥镜市的典范。近

几年逐渐成为众多医疗单位的放心选择，几年以来合作客户达300多家。同时业务员分布于全国各地。电子腹腔镜维修

奥林巴斯电子腹腔镜维修电子腹腔镜常见故障现象：

- 1、物镜玻璃裂、物镜松脱及磨损现象。
- 2、插入部弯折、凹痕及开焊现象。
- 3、导光软管压伤、断裂现象。
- 4、导光束接头出现裂痕、漏水、焦化及暗断现象。
- 5、电气接头的触点生锈、腐蚀、磕碰变形现象。
- 6、CCD驱动板损坏，图像出现阴影、模糊及异常现象。
- 7、按键异常。
- 8、电缆线有干扰，图像闪烁；
- 9、CCD损坏，无图像或者花屏

电子腹腔镜维修电话-佛山电子腹腔镜维修-优选奥得富维修由广州奥得富医疗设备维修有限公司提供。

“软镜硬镜维修,电子腹腔镜维修,摄像系统维修,手术器械维修”就选广州奥得富医疗设备维修有限公司（[www.aodefufu-med.com](http://www.aodefufu-med.com)），公司位于：广州高新技术产业开发区开创大道2707号，多年来，奥得富坚持为客户提供好的服务，联系人：汪小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。奥得富期待成为您的长期合作伙伴！特点和优点史赛克腹腔镜器械提供可靠的服务和便利安全和耐用的模块化设计，提供多种尺寸和长度。

