

徐州儿童口罩的摩擦色牢度检测

产品名称	徐州儿童口罩的摩擦色牢度检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测服务:18662582169 业务电话:18662582169 测试中心:18662582169
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

儿童口罩的标准：

- 01) 呼吸阻力和吸气阻力均不高于45pa。
- 02) 颗粒物过滤效率不低于95%，防护效果不低于90%。
- 03) 能牢固地罩住口，鼻，下颌，鼻夹能承受20次对折不断裂。
- 04) 不得使用再生料和可导致不良反应的材料，不应经过有氯漂白。
- 05) 不应存在可触及的锐利的尖端和锐利的边缘，不应明显影响儿童视野。
- 06) 内层材料不应印花或染色，外层的印花图案不应掉色，不应使用系带式口罩。

自疫情发生以来，我国并未出台儿童口罩国家标准。2020年5月6日，国家市场监督管理总局(标准委)发布GB/T38880-2020《儿童口罩技术规范》推荐性国家标准，发布之日起生效。广大口罩生产商们，终于迎来了国家技术规范。精要标准如下：

儿童防护口罩

- 1、颗粒物过滤效率不低于95%，防护效果不低于90%；
- 2、呼气阻力和吸气阻力均不高于45Pa，推荐采用可调节式口罩带。
- 3、应能安全牢固地罩住口、鼻、下颌；
- 4、不得使用再生料和可导致不良反应的材料，不应经过有氯漂白；

- 5、鼻夹应承受20次对折不断裂;
- 6、内层材料不应印花或染色，外层的印花图案不应掉色;不得检出可迁移性荧光增白物质;环氧乙烷灭菌残留量不得高于 $2\mu\text{g/g}$;
- 7、有害物质残留，甲醛含量不高于 20mg/kg ;
- 8、配有呼吸阀的口罩，其呼吸阀应牢固不变形，内部件不应脱落;不应使用系带式口罩带。

儿童卫生口罩

- 1、颗粒物过滤效率不低于90%，细菌过滤效率不低于95%;
- 2、通气阻力不高于 30Pa ，推荐采用可调节式口罩带。
- 3、其他标准与儿童防护口罩4、5、6、7、8项相同。