

徐州AAMI PB70 防护服检测手术单检测

产品名称	徐州AAMI PB70 防护服检测手术单检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测服务:18662582169 业务电话:18662582169 测试中心:18662582169
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

1、GB 19082-2009 标准

1) 对医用一次性防护服的测试项目比较全面，对阻燃性能、皮肤刺激性和环氧乙烷残留量做出规定。

2) 在医用一次性防护服的舒适性方面，GB 19082—2009 规定防护服材料的透湿量应不低于 $2500 \text{ g}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ ，按人体表面每蒸发 1 g 水分带走热量约 243 J 计算，蒸发水分 2500 g 可带走 6075.00 J 热量，远低于NFPA 1999: 2008 的要求。

3) 与美国及欧盟标准比较，GB 19082-2009 对防护服关键部位静水压的要求为不低于 1.67 kPa ，且只测试防护服关键部位材料的断裂强力，没有对胀破强力、接缝强力、刺破强力做出规定。

2、YY/T 0506-2016 和BS EN 13795: 2011+A1: 2013 标准

都针对一次性非织造手术衣、手术洞巾、隔离衣等防护服，且前者在制定过程中参考了后者，故两者的测试项目和指标要求均相同。

3、BS EN 13795:2011+ A1: 2013 标准

在注重防护服材料防水性的同时，对各类微生物、颗粒和落絮的要求尤为关注，而且对防护服材料在干态和湿态下的各项性能分别做出要求。

4、NFPA 1999: 2008 标准

对急救医用防护服的防护性能及力学性能的要求非常严格，要求防护服材料能够阻隔病毒穿透且在一定条件下不会破损。另外，该标准对急救医用防护服的整体热舒适性做出要求，但是对皮肤刺激性和环氧乙烷残留量等未做出规定。

5、 AAMI PB70: 2012 标准

针对医疗环境下防护服的液体阻隔性能提出了较高要求，但是对防护服的舒适性和物理力学性能没有规定。该标准根据不同的使用环境及不同部位将防护要求分为4个等级，并将防护服分割成4个区域。外科手术衣的前面(区域A、B和C)至少应具备1级防护性能，其背面(区域D)可以是非防护性的，但在手术过程中要一直保持干燥，2个区域之间的接缝至少应具备防护性能较差的这个区域的防护等级，结合了实际使用要求。