

## 医用防护口罩技术要求

产品名称	医用防护口罩技术要求
公司名称	国瑞中安集团-CRO服务机构
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	15816864648 15816864648

## 产品详情

医用防护口罩技术要求（不应有呼气阀）

过滤效率 气体流量为85L/min情况下，1级 95%；2级 99%；3级 99.97%；

NaCl颗粒物等计数中位径换算空气动力学质量中位径约位0.24um。

气流阻力 气体流量为85L/min情况下，吸气阻力 343.2Pa；