

浙江GB19083-2010医用防护口罩检测单位

产品名称	浙江GB19083-2010医用防护口罩检测单位
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	口罩检测:报告办理 广州检测:深圳检测 韶关检测:珠海检测
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13609641229 13609641229

产品详情

GB19083-2010医用防护口罩检测

医用防护口罩（N95）是指在NIOSH（美国国家职业安全卫生研究所，National Institute for Occupational Safety and Health）标准规定的检测条件下，口罩滤料对非油性颗粒物（如粉尘、酸雾、漆雾、微生物等）的过滤效率大于或等于95%，并且具备阻隔血液等液体飞溅渗透的能力，一般在口罩外层表面具有疏水防护层，且不设呼吸阀。常用于医院感染科、发热门诊、防疫站、疾控中心等医疗机构，属于Ⅱ类医疗器械。

GB19083-2010医用防护口罩技术要求，英文名：Technical requirements for protective face mask for medical use，本标准规定了医用口罩的技术要求、试验方法、标志与使用说明及包装、运输和贮存。GB19083-2010医用防护口罩技术要求标规医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等的自吸过滤式医用防护口罩。注：GB19083-2010医用防护口罩技术要求规范替代GB19083-2003国标。GB19083-2010标准于2010-09-02由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布，并于2011-08-01开始实施。GB19083-2010医用防护口罩标准技术要求医用防护口罩具备防尘口罩所具有的防尘功能，是医用口罩中防护等级最高的一类。它对医疗环境中的病毒病菌、血液等分泌物都能够有效隔离，是医护人员最得力的医用防护用品。口罩检测标准：1、医用防护口罩：符合GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》2、医用外科口罩：符合YY0469-2011《医用外科口罩》3、一次性使用医用口罩：符合YY/T0969-2013《一次性使用医用口罩》要求。GB19083-2010医用防护口罩技术要求，本标准规定了医用防护口罩(以下简称口罩)的技术要求、试验方法、标志与使用说明及包装、运输和贮存。