

医用外科口罩技术要求是什么

产品名称	医用外科口罩技术要求是什么
公司名称	国瑞中安集团-CRO服务商
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	13148813770 13148813770

产品详情

颗粒过滤效率（PFE）

NaCl颗粒物等计数中位径换算空气动力学质量中位径约位0.24um。

空气流量设定为 (30 ± 2) L/min；

压力差 空气流量设定为8L/min，压力差 49Pa；

医用口罩防护等级

医用防护口罩1级 > FFP2 > KF94 > A级 > KN95口罩 > KN90/B级/C级/D级口罩 > 医用外科口罩 > 一次性使用医用口罩。具有防护效果的口罩的关键部分在于过滤材料。过滤材料对颗粒物的过滤主要有重力沉降、拦截、惯性碰撞、扩散、静电吸附等作用，在多种过滤机理的共同作用下，对空气动力学粒径在0.3m左右的颗粒物存在一过滤效率最低值，也就是俗称的葛易穿透粒径（MPPS）。