

手套拉伸性能/扯断力/扯断伸长测试

产品名称	手套拉伸性能/扯断力/扯断伸长测试
公司名称	国瑞中安集团-法规服务CRO
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	18123723986 18123723986

产品详情

拉伸性能/扯断力/扯断伸长率：

GB

7543-2006一次性使用灭菌橡胶外科手套：标准要求需对老化前后的手套进行拉伸性能的检测，按照ISO 37标准进行测试，从每只手套上裁取3个试片进行检测，试验结果取中值；

GB 10213-2006一次性使用医用橡胶检查手套：要求进行手套老化前后的拉伸性能即扯断力/扯断伸长率进行检测，按照ISO 37标准进行；

GB 24786-2009一次性使用聚氯乙烯医用检查手套：进行手套老化前后的拉伸性能检测，按照GB/T 528标准进行测试，从每只手套上裁取3个试片进行检测，试验结果取中值；

SNT 0678-2008进出口一次性使用医用橡胶检查手套检验规程：拉伸性能按照ISO 37进行。从每只手套中裁取3个试片，试片应从手套的手掌部或手背部裁取，试验结果取中值；

医用手套的拉伸性能检测可选用Labthink兰光C610M智能电子拉力试验机完成试验。一台仪器集成拉伸、剥离、撕裂、热封、定伸抗拉、下压、穿刺保持力等十项专业独立的测试程序，支持拉压双向试验模式，为用户不同试验条件的测试提供了便利。手套的扯断力、扯断伸长率指标测试，按照标准规定要求进行试样裁取，放置到拉力试验机的夹具上，选择正确的参数设置，点击试验即可完成自动测试。

具体可来电咨询国瑞检测工作人员