

儿童口罩检测 GB38880-2020标准 技术规范检测

产品名称	儿童口罩检测 GB38880-2020标准 技术规范检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

儿童口罩检测标准GB/T38880 口罩应能安全牢固地罩住口、鼻、下颌，无异味
口罩在正常使用寿命中不出现破损或变形。

不应明显影响视野。 口罩原材料不得使用再生材料，不得使用已知的可导致皮肤刺激或其他不良反应的材料，不得经过有氯漂白处理，不得检出可迁移性荧光增白物

口罩甲醛含量<20mg/kg，环氧乙烷残留量 2 μ g/g,其他限制使用物质的残留量应符合相关要求。

口罩不得检出大肠菌群和致病性化脓菌，真菌菌落总数≤100CFU/g.细菌菌落总数 200CFU/g.

配有呼吸阀的口罩，呼吸阀不应出现滑脱、断裂和变形,内部件在正常使用过程中不应脱落。

口罩不应使用系带式口罩带 儿童防护口罩的口罩带及其与口罩体的连接处断裂强力≥215N儿童卫生口罩的口罩带及其与口罩体的连接处断裂强力≥210N,

配有鼻夹的口罩，要求鼻夹长度≥2.5cm.并且对折20次不应断裂。

口罩与皮肤直接接触的内层材料(含口罩带)不应印花或者染色(包括原液着色)PH值为4.0~7.5

有印花或染色的口罩外层耐干摩擦色牢度4级口罩禁用可分解致癌芳香氨染料。 口罩应具备一定的阻燃性能，不应存在外露金属物及可触及的锐利尖和锐利边缘。