

美国3M环氧乙烷灭菌生物培养指示剂1264

产品名称	美国3M环氧乙烷灭菌生物培养指示剂1264
公司名称	上海润宝医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:3m 型号:1264 类型:环氧乙烷灭菌
公司地址	上海市宝山区长江南路530弄181号
联系电话	18964057008

产品详情

美国3M环氧乙烷灭菌生物培养指示剂1264

中文__ [3MTM](#)环氧乙烷灭菌生物培养指示剂

英文 3MTMATTESTTM BIOLOGICAL INDICAORS

剂型或型号 指示剂

生产企业__ 中文 3M公司 英文 3M COMPANY

审批结论

经审核，该产品符合中华人民共和国传染病防治法和消毒管理办法的有关规定，予以批准。

批准文号 卫消进字（2004）第0008号

指示剂产品图片如下[指示剂主要成分（机理）](#)

[本品为环氧乙烷](#)

[灭菌生物指示剂，其枯草杆菌黑](#)

[色变种芽孢抗力的存活时间大于或等于15分钟，杀灭时间小于或等于60分钟。](#)

附件 产品说明 使用范围 使用方法 注意事项

3M环氧乙烷灭菌生物培养指示剂1264产品说明:

本品为环氧乙烷灭菌生物指示剂，其枯草杆菌黑色变种芽孢抗力的存活时间大于或等于15分钟，杀灭时间小于或等于60分钟。

[呈绿色）使用范围:](#)用于环氧乙烷灭菌锅的灭菌效果的生物检测。

使用方法:将指示剂放于标准测试包中，规范，分别将各测试包放于锅内不同位置，灭菌处理完毕，取出生物指示剂，挤破内含的安瓿，与一支对照管一起放于37℃恒温箱，48小时后，阅读结果；灭菌管不变色（，表示灭菌通过；灭菌管变色（呈黄色），表示灭菌不通过；同时培养的对照管应为阳性（黄色）。

[注意事项](#)

1. 阳性指示剂，须环氧乙烷灭菌后丢弃
2. 只有对照管为阳性，其生物监测结果才能有效
3. 贮存于室温15-30℃，相对湿度为35-60%。
4. 避免靠近灭菌和化学消毒剂。
5. 有效期为24个月

原产国 美国

生产企业 3M公司

生产批号 见包装

执行标准 质量标准

3M环氧乙烷灭菌生物培养指示剂1264产品图片