

防护帽 手术帽检测 YY/T1642-2019标准检测

产品名称	防护帽 手术帽检测 YY/T1642-2019标准检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

首先我们应该知道，YY/T 1642-2019规定的医用防护帽，只是针对阻止感染性污染物的一次性医用防护帽，这类医用防护帽主要用于疾控工作人员、医务人员、防疫工作人员等的防护工作。类似医用防辐射帽、一次性手术帽、普通一次性医用帽都不适用该项标准。而多次使用的医用防护帽可参考该标准来进行检测。

YY/T 1642-2019将医用防护帽的结构、规格、外观进行了详细规定。尤其是外观要求，对罩体、护目片、海绵条、粘扣带、连接部位等都进行详细规定。防护帽的外观尺寸要求如下图所示：

医用防护帽的性能检测项目主要有：抗渗水性能、透湿量、表面抗湿性能、抗合成血液穿透性能、过滤效率、抗静电性能、静电衰减性能、断裂强力、断裂伸长率、透光率、雾度、阻燃性能、防护微生物性能、环氧乙烷残留量等。这其中医用防护帽主体材料的过滤效率应不小于70%，抗渗水性能不应低于1.67kPa。而抗合成血液穿透性能分成了6个等级，分别为6级 20kPa、5级 14kPa、4级 7kPa、3级 3.5kPa、2级 1.75kPa、1级 0kPa、按照要求防护帽主体材料和接缝处不应低于2级。其他类似护目片的透光率要求 90%、雾度 4%。微生物指标主要检测大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、真菌菌落总数、细菌菌落总数。