

广东科翔追求更高更强！ 国标高低温试验箱怎么选？

产品名称	广东科翔追求更高更强！ 国标高低温试验箱怎么选？
公司名称	广东科翔智能检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道桑园社区明园路3号
联系电话	18027568865

产品详情

如何对步入式高低温交变湿热试验箱的维护保养？

广东科翔智能检测技术有限公司

一、高低温试验箱厂家的作用：高低温交变湿热试验箱与交变湿热箱恒温恒湿试验箱属同类产品，只是叫法不同，高低温交变湿热试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备，用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。

二、步入式高低温交变湿热试验箱工作原理：高低温试验箱在低温高湿情况下，由于加入的蒸汽与空气未充分混合，或与箱壁接触而出现局部冷凝，则不仅使加入的蒸汽量减少，而且还放出热量使箱内湿空气温度上升。

三、步入式高低温交变湿热试验箱的维修保养

1.高低温交变湿热试验箱应保持环境洁净，保持工作室洁净；长期存放前应对整机做清洁工作，烘干工作室，放干各种水箱、水槽积液，存放时注意防尘潮。2.高低温交变湿热试验箱电控系统应定期除尘，检查各种控制或执行系统元器件有无松动、擦卡，连接导线连接牢固；长期存放后使用前应进行安全检查。3.在操作前将内部杂质清除；配电箱每年至少清洁一次以上，清洁时可利用吸尘器将室内灰尘吸除即可。4.加湿器内置储水每月更换一次，确保水质干净，加试水盘应每月清洗一次，确保水流顺畅。5.冷凝器每月保养，利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着的灰尘吸除或利用高压空气喷除灰尘。6.试验箱安装在通风良好的地方，同时在设备使用时，不要让材料、强磁、强烈震动环境中。

企业视频展播，请点击播放

高低温试验箱的使用寿命是多久？

广东科翔智能检测技术有限公司

对于高低温试验箱厂家的使用寿命，其实没有一个标准的固定值。影响试验设备使用年限的因素有很多，包括试验箱自身的质量、保养情况和使用频率等多种因素。科翔20多年的发展历程中，积淀了高难度技术和精英人才的储备，实现了产品定型化、定制化和大批量制造，拥有自主研发的能力。产品拥有强大的中央控制系统，产品质量稳定可靠。科翔高低温试验箱，常规保修时间1年（一些特殊情况有条件的2年保修），正常情况下3~5年的使用年限是完全没问题的（不包耗材），大多情况5~8年也可以的，这要视使用情况，保养状况而定。我们公司的试验箱出厂前都是经过严格的试验、检测的，还有对客户的操作使用和保养有细致的培训。所以，使用我公司的试验箱，只要操作、保养得当，设备的使用寿命是可以有保障的。

高低温试验箱水冷和风冷应该如何选择？

广东科翔智能检测技术有限公司

高低温试验箱厂家的冷却方式有两种，标准高低温试验箱怎么选？，水冷和风冷两种方式，我们可以根据所处的试验环境来选择用什么样的方式降温。那么水冷和风冷有什么区别呢？水冷和风冷两种的冷却方式不同，并不是随意的选择就行，而是要根据自己的高低温试验环境来决定。

如果我们位于南方地区，那么我们选择水冷的效果较好。南方的气温一般比较高，采用风冷的话往往降温速率会太低，直接采用水冷能够有更好的效果。

如果是在北方地区，比较建议选择风冷的较好，北方的天气一般比较寒冷，尤其在冬天的时候，天气温度较低的话会出现结冰的现象。这时水冷的方式就不适用了，影响水的流动性，采用风冷的散热较好。

不管是选择水冷的还是风冷的散热方式，水冷和风冷的散热条件都要准备充足，对场地有一定的要求和满足一定的要求。

广东科翔追求更高更强！-国标高低温试验箱怎么选？由广东科翔智能检测技术有限公司提供。广东科翔智能检测技术有限公司是广东东莞,试验机的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在广东科翔领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创广东科翔更加美好的未来。