

芸众医疗 赛复德 拉钩

产品名称	芸众医疗 赛复德 拉钩
公司名称	江苏芸众医疗科技有限公司
价格	.00/把
规格参数	
公司地址	无锡惠山经济开发区惠山大道1719-1号1号楼四层A区
联系电话	0510-82300262 15052139206

产品详情

1、拉钩：供静脉切开手术时牵拉静脉用

2、拉钩的技术要求

1) .拉钩头部应能承受10N拉力不变形。

2) .拉钩外表面粗糙度参数Ra之数值应不大于：有光亮0.4m。无光亮0.8m;

3) .拉钩的耐腐蚀性能应不低于YY/T149中规定的沸水实验法b级要求。

4) .拉钩的四周边缘应光滑，无锋棱，毛刺，裂纹。焊接处应无明显砂眼及堆积物。

3、根据外形结构特点的规格型号

YR-ZT184 200*13，静脉

YR-ZT185 200*16，静脉

YR-ZT186 200*20，静脉